

www.fhgv.com.br



in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

Análise de especificações

Engenharia – FHGV

Parecer Técnico nº 020/2025

Parecer técnico referente ao pedido de análise especificações apresentadas pelos fornecedores no Pregão Eletrônico 0099/2025.

Avaliação técnica da Engenharia FHGV:

Parecer técnico referente à empresa VIZAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Avaliação técnica da Engenharia FHGV: SOLICITA ESCLARECIMENTOS.

Em análise à documentação apresentada referente à Termodesinfectora SOTER TS-300, verificamos que o catálogo menciona apenas "ventilação forçada de ar dentro da câmara de lavagem", sem detalhar se o equipamento possui sistema de secagem com turbina de circulação de ar quente filtrado, conforme exigido pelo edital de licitação. Na diligência enviada pela empresa, não foi apresentada qualquer evidência técnica que comprove o atendimento a esse item. Diante disso, solicitamos que seja fornecida comprovação técnica de que o equipamento atende integralmente a este requisito, incluindo, se possível, esquemas, fotos, relatórios ou certificados que demonstrem a presença da turbina de secagem com circulação de ar quente filtrado, bem como informações detalhadas do sistema de secagem no manual técnico.





www.fhgv.com.br



in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

Nada mais há a acrescentar.

Sapucaia do Sul/RS, 09 de setembro de 2025



William Silveira da Silva

Unidade de Infraestrutura Engenheiro Eletrônico I CREA-RS 216847 Fone: (51) 3451.8200 Ramal: 115 william.silva@fhgv.com.br www.fhgv.com.br

Identificação interna do documento 6BRQ43MPB9-122



Nome do arquivo: PARECER_20_20250909141406476775.pdf

Data de vinculação à solicitação: 09/09/2025 14:14