

www.fhgv.com.br



in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

Análise de especificações

Engenharia – FHGV

Parecer Técnico nº 021/2025

Parecer técnico referente ao pedido de análise especificações apresentadas pelos fornecedores no Pregão Eletrônico 0099/2025.

Avaliação técnica da Engenharia FHGV:

Parecer técnico referente à empresa VIZAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Avaliação técnica da Engenharia FHGV: NÃO ACEITA.

Parecer Técnico - Termodesinfectora SOTER TS-300

Em análise à documentação encaminhada pela empresa referente à Termodesinfectora modelo SOTER TS-300, verificou-se que o sistema de secagem descrito é composto por voluta, rotor, motor elétrico, resistências elétricas e filtro HFPA

Entretanto, o Edital de Licitação estabelece de forma expressa a exigência de que o equipamento possua turbina de secagem com circulação de ar quente filtrado. O termo "turbina" não é meramente semântico, mas refere-se a um módulo construtivo específico, com desempenho e robustez para garantir eficiência, uniformidade e confiabilidade do processo de secagem em termodesinfectoras hospitalares.

A solução apresentada pela empresa não evidencia a presença da turbina de secagem, tampouco foi apresentada comprovação técnica inequívoca de equivalência funcional, relatórios de ensaio, curvas de desempenho ou certificações que demonstrem atendimento integral ao requisito do edital.

Diante do exposto, conclui-se que o equipamento ofertado não atende ao requisito obrigatório previsto no edital, motivo pelo qual não será aceito, por ausência de comprovação técnica do item.





www.fhgv.com.br



in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

Nada mais há a acrescentar.

Sapucaia do Sul/RS, 10 de setembro de 2025



William Silveira da Silva

Unidade de Infraestrutura Engenheiro Eletrônico I CREA-RS 216847 Fone: (51) 3451.8200 Ramal: 115 william.silva@fhgv.com.br www.fhgv.com.br