
Edital 182/2025

4 mensagens

Rochele Rodrigues <rochele.rodrigues@canoas.rs.gov.br>
Para: medicalsul@medicalsul.net

11 de setembro de 2025 às 11:03

Prezados Senhores:

Solicitamos complementar a proposta apresentada para o Item 3 do Edital 182/2025 devido a solicitação da área técnica da Secretaria de Saúde abaixo transcrita:

- SOLICITO DILIGÊNCIA PARA A EMPRESA MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CNPJ: 05.316.114/0001-69, POIS O DESCRITIVO INFORMADO GEROU DÚVIDA SE ESTÁ DE ACORDO COM O EDITAL.

Prazo para a resposta: 12/09/2025

Atenciosamente

Rochele Vargas Rodrigues

SMLC - Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

(51) 32363099 Ramal 1095

rochele.rodrigues@canoas.rs.gov.br



MedicalSul <medicalsul@medicalsul.net>
Para: Rochele Rodrigues <rochele.rodrigues@canoas.rs.gov.br>

11 de setembro de 2025 às 11:32

Prezados, bom dia!

Segue em anexo a foto do produto ofertado para o Item 03.



Ficamos à disposição.

Atenciosamente,

Júlia Lacerda

Comercial

Whatsapp: 51 985906974

Tel: 51 3402-3437

Skype: medical.sul



medical & Cirúrgica sul
EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Laúcha
REPRESENTAÇÕES LTDA.

INTERMED
Supporting lifes since 1982

quinelato
instrumentos cirúrgicos

TREND
Medical

RUA DR. LAURO AZAMBUJA, 155- SALA 404
CENTRO- CEP 92704-550- GUAÍBA/RS
www.medicalsul.net

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas, nos termos da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes.

Rochele Rodrigues <rochele.rodrigues@canoas.rs.gov.br>
Para: MedicalSul <medicalsul@medicalsul.net>

17 de setembro de 2025 às 09:32

Prezados Senhores,

Apresentamos a sua resposta a Secretaria requisitante e fizeram a seguinte observação:

No edital, o descritivo informa que o frasco de vidro 500 ml para aspiração ar comprimido. Necessito saber, por mais que a foto anexada sugira que corresponde ao solicitado, se o frasco com rosca ofertado pela empresa encaixa-se adequadamente nas válvulas para ar comprimido. Solicito nova diligência.

Segue para seu conhecimento e no caso de estar de acordo, favor encaminhar a proposta com as observações solicitadas.

Atenciosamente

Rochele Vargas Rodrigues

SMLC - Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

(51) 32363099 Ramal 1095

rochele.rodrigues@canoas.rs.gov.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

MedicalSul <medicalsul@medicalsul.net>
Para: Rochele Rodrigues <rochele.rodrigues@canoas.rs.gov.br>

18 de setembro de 2025 às 13:39

Boa tarde,

Referente ao item: FRASCO DE VIDRO 500 ml para ASPIRAÇÃO AR COMPRIMIDO, informamos que o produto ofertado atende a finalidade, permitindo o encaixe na Válvula (Tampa) para Ar Comprimido.

Esclarecemos que o Frasco de Vidro 500 ml, possui rosca **padrão** para a conexão de **todos os tipos de Válvulas** de gases medicinais (Ar Comprimido, Oxigênio e Vácuo).

Segue abaixo imagem do produto, demonstrando a conexão universal para as Válvulas mencionadas.

Aspiradores Venturi/ Vacuômetro Standard

- Frasco coletor em vidro,
- Capacidade: 500ml (Graduado),
- Bóia antitransbordamento em polipropileno;
- Tampa em polipropileno e nylon;
- Pressão de entrada: (Ar e O₂): 6Kgf cm²,
- Escala do vacuômetro: 0 a 76 cm Hg (externa) e
0 a 30 pol. Hg (interna).
- Conexões conforme especificações das normas ABNT

005794



005795



005796



005792 ASPIRADOR REDE STANDARD AR S/FR

005791 ASPIRADOR REDE STANDARD O2 S/FR

005793 ASPIRADOR REDE STANDARD VAC S/FR

005794 ASPIRADOR REDE STANDARD AR 500ML

005795 ASPIRADOR REDE STANDARD O2 500ML

005796 ASPIRADOR REDE STANDARD VAC 500ML



Consulte indicações de esterilização / desinfecção na pág. 70

[Texto das mensagens anteriores oculto]