
Fwd: Hab Técnicas - PE 80 Mat ambulatorial

De : Ioana Marques Muraro
<ioana.muraro@bentogoncalves.rs.gov.br>

seg., 22 de set. de 2025 16:00

 2 anexos

Assunto : Fwd: Hab Técnicas - PE 80 Mat ambulatorial

Para : alexandre.faes
<alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc : isabel.pisoni
<isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>

Boa tarde,

Segue a avaliação do PE 80/2025.

Atenciosamente,

Ioana Muraro
Avaliação de Materiais
Secretaria de Saúde de Bento Gonçalves
3055-7294

De: "Isabel Pisoni" <isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>

Para: "Ioana Marques Muraro" <ioana.muraro@bentogoncalves.rs.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 22 de setembro de 2025 15:53:10

Assunto: Re: Hab Técnicas - PE 80 Mat ambulatorial

Boa tarde!

segue em anexo análise de amostras pregão 80/2025

De: "Isabel Pisoni" <isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>

Para: "alexandre faes" <alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 10 de setembro de 2025 15:35:54

Assunto: Re: Hab Técnicas - PE 80 Mat ambulatorial

Boa tarde!

Analiso a documentação do pregão eletrônico 80-2025, enviada pelos fornecedores. Em análise à esta documentação apresentada, afirmo que atende ao exigido em edital e TR, podendo ser aceito sob o ponto de vista técnico. Podemos dar seguimento à este processo licitatório.

att

De: "alexandre faes" <alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Para: "Isabel Pisoni" <isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 10 de setembro de 2025 15:26:04

Assunto: Hab Técnicas - PE 80 Mat ambulatorial

Boa tarde

Solicito análise referente a habilitação técnica- **PE 80 - Mat ambulatorial (Sondas)**

Docs em, anexo.

Att

--

ALEXANDRE FAÉS DA SILVA
Setor de Liquidação

AV. OSVALDO ARANHA, 1105 - CIDADE ALTA
BENTO GONÇALVES - RS
FONE: (54) 3055.7439
www.bentogoncalves.rs.gov.br
   prefeiturabento



SECRETARIA
DE
FINANÇAS

--

En^{fa} Isabel Pisoni

Serviço de Avaliação Técnica de Materiais

Secretaria Municipal de Saúde de Bento Gonçalves - RS

(54) 3055.7296

--

En^{fa} Isabel Pisoni

Serviço de Avaliação Técnica de Materiais

Secretaria Municipal de Saúde de Bento Gonçalves - RS

(54) 3055.7296



TABELA AVALIAÇÃO N° 80.2025 - 1ª parte.pdf
185 KB

De : Isabel Pisoni

<isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>

qua., 10 de set. de 2025 15:35

 1 anexo

Assunto : Re: Hab Técnicas - PE 80 Mat ambulatorial

Para : alexandre faes

<alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Boa tarde!

Analiso a documentação do pregão eletrônico 80-2025, enviada pelos fornecedores.

Em análise à esta documentação apresentada, afirmo que atende ao exigido em edital e TR, podendo ser aceito sob o ponto de vista técnico.

Podemos dar seguimento à este processo licitatório.

att

De: "alexandre faes" <alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Para: "Isabel Pisoni" <isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 10 de setembro de 2025 15:26:04

Assunto: Hab Técnicas - PE 80 Mat ambulatorial

Boa tarde

Solicito análise referente a habilitação técnica- **PE 80 - Mat ambulatorial (Sondas)**

Docs em, anexo.

Att

--

ALEXANDRE FAÉS DA SILVA

Setor de Liquidação

AV. OSVALDO ARANHA, 1105 - CIDADE ALTA

BENTO GONÇALVES - RS

FONE: (54) 3055.7439

www.bentogoncalves.rs.gov.br

   prefeiturabento



SECRETARIA
DE
FINANÇAS

--

Enfª Isabel Pisoni

Serviço de Avaliação Técnica de Materiais

Secretaria Municipal de Saúde de Bento Gonçalves - RS

(54) 3055.7296

De : Faés <alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br> qua., 10 de set. de 2025 15:26

Assunto : Hab Técnicas - PE 80 Mat ambulatorial

 3 anexos

Para : isabel.pisoni

<isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>

Boa tarde

Solicito análise referente a habilitação técnica- **PE 80 - Mat ambulatorial (Sondas)**

Docs em, anexo.

Att

--

ALEXANDRE FAÉS DA SILVA

Setor de Liquidação

AV. OSVALDO ARANHA, 1105 - CIDADE ALTA

BENTO GONÇALVES - RS

FONE: (54) 3055.7439

www.bentogoncalves.rs.gov.br

   prefeiturabento



SECRETARIA
DE
FINANÇAS



Hab Lemed (2)_compressed.pdf

4 MB



Hab Essência.pdf

8 MB

PE 80/2025 – MATERIAL AMBULATORIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
01	BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML; VÁLVULA ANTI-REFLUXO VERTICAL; FRENTE TRANSPARENTE COM ESCALA DE VOLUME IMPRESSA DE FORMA LEGÍVEL COM ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 100 EM 100ML; PARTE DE TRÁS LEITOSA, FACILITANDO LEITURA E VISUALIZAÇÃO DO ASPECTO DA URINA; SUPORTE DE FIXAÇÃO COM HASTE RÍGIDA (TIPO CABIDE) E ALÇA COM 40 CM; TUBO EXTENSOR DE PVC COM 110 CM, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ISENTO DE DOBRAS, COM PINÇA CORTA FLUXO; PONTO PARA COLETA DE URINA COM MEMBRANA DE LÁTEX, AUTO-VEDANTE; CONECTOR UNIVERSAL COM AJUSTE PARA Sonda vesical, com tampa protetora; tubo de drenagem inferior com pinça corta fluxo; atóxica, apirogênica e descartável; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E EM BLISTER DE FILME PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO
02	SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 16, FABRICADA EM LÁTEX, SILICONADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL; ESTÉRIL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANUTENÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO
03	SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 18, FABRICADA EM LÁTEX, SILICONADA, TÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL; ESTÉRIL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANUTENÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO
04	SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 22, FABRICADA EM LÁTEX, SILICONADA, TÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL; ESTÉRIL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANUTENÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO
05	SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 24, FABRICADA EM LÁTEX, SILICONADA, TÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL; ESTÉRIL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANUTENÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA EXCLUSIVO ME/EPP	FRACASSADO
06	SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 28, FABRICADA EM LÁTEX, SILICONADA, TÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL; ESTÉRIL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANUTENÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO
07	SONDA VESICAL DUAS VIAS Nº 14 - PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA, Sonda tipo Folley. fabricada em látex, siliconada, atóxica, superfície extremamente lisa sem rebarbas; ponta arredondada e atraumática com dois orifícios contralaterais (bilaterais), em lados opostos e da mesma altura; descartável; estéril em processo que garanta ausência de resíduos tóxicos; conector universal, válvula de fácil manipulação, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. embalagem dupla individual, abertura em pétala. dados de identificação, data de	APROVADO

	FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA EXCLUSIVO ME/EPP	
08	SONDA VESICAL DUAS VIAS Nº 20 - PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLLEY. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRALATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E DA MESMA ALTURA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS; CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM DUPLA INDIVIDUAL, ABERTURA EM PÉTALA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO
09	SONDA VESICAL Nº 18 – SONDA DE 3 VIAS, PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLLEY. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRALATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E DA MESMA ALTURA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS; CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM DUPLA INDIVIDUAL, ABERTURA EM PÉTALA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO
10	SONDA VESICAL Nº 20 - SONDA DE 3 VIAS, PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLLEY. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRALATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E DA MESMA ALTURA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS; CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM DUPLA INDIVIDUAL, ABERTURA EM PÉTALA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO

ISABEL

PISONI:8876

4702049

Assinado de forma
digital por ISABEL
PISONI:88764702049
Dados: 2025.09.19
11:23:27 -03'00'