

PREFEITURA DE BENTO GONÇALVES

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

SETOR DE SAÚDE BUCAL

PREGÃO 43 / 2025

item	quantidade	und	especificação	RESULTADOS DE AMOSTRA
01	200	und	SERINGA ANESTÉSICA CARPULE COM REFLUXO, ARTICULADA, EM AÇO INOX, COM REGISTRO NA ANVISA	REPROVADA oxidaram na primeira esterilização
02	100	und	CANULA DE ASPIRAÇÃO CURVA 17 CM EM AÇO INOX	REPROVADA oxidaram na primeira esterilização
03	10	und	MANGUEIRA DE SILICONE KINNER 6,0 X 12,0MM COM 1,5M DE COMPRIMENTO	APROVADO
04	250	und	CABO DE BISTURI Nº 3	APROVADO
05	200	und	SINDESMÓTOMO	APROVADO
06	100	und	DESCOLADOR DE MOLT Nº9	APROVADO
07	100	und	DESCOLADOR DE FREER DUPLO	APROVADO
08	100	und	DESCOLADOR MINI FREER DUPLO	APROVADO
09	100	und	PERIÓTOMO	REPROVADO descritivo não condiz conforme edital
10	250	und	ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL EM AÇO INOX MODELO PERFIL DELICADO	APROVADO
11	250	und	ALAVANCA SELDIN RETA ADULTO EM AÇO INOX, MODELO PERFIL DELICADO	APROVADO
12	250	und	ALAVANCA SELDIN ESQUERDA EM AÇO INOX	APROVADO
13	250	und	ALAVANCA SELDIN DIREITA EM AÇO INOX	APROVADO
14	100	und	ALVEOLÓTOMO BIARTICULADO	REPROVADO oxidaram na primeira esterilização
15	250	und	FÓRCEPS INFANTIL RETO EM AÇO INOX, , MODELO PERFIL DELICADO	REPROVADO oxidaram na primeira esterilização
16	100	und	PINÇA ALLIS 15 CM EM AÇO INOX usada para assepsia	REPROVADO oxidaram na primeira esterilização
17	100	und	PINÇA BACKHAUS 13 CM EM AÇO INOX	APROVADO

18	100	und	PINÇA PORTA AGULHA CASTRO VIEJO 16 CM E AÇO INOX	REPROVADO oxidaram na primeira esterilização
19	250	und	PINÇA PORTA AGULHA RETA	APROVADO
20	100	und	PINÇA DIETRICH 16 CM EM AÇO INOX	reprovados por não enviarem amostra física
21	250	und	PINÇA MOSQUITO CURVA 12,5CM EM AÇO INOX	APROVADO
22	100	und	TESOURA DE PONTA ROMBA	APROVADO
23	250	und	TESOURA DE PONTA CURTA	REPROVADO oxidaram na primeira esterilização
24	250	und	TESOURA IRÍS CURVA 11,5CM EM AÇO INOX	APROVADO
25	100	und	AFASTADOR MINESSOTA EM AÇO INOX	APROVADO
26	100	und	AFASTADOR FARABEUF ADULTO EM AÇO INOX	APROVADO
27	100	und	AFASTADOR BRANEMARK EM AÇO INOX	APROVADO
28	250	und	FÓRCEPS INFANTIL CURVO EM AÇO INOX	REPROVADO oxidaram na primeira esterilização
29	250	und	FÓRCEPS 69 EM AÇO INOX	reprovados por não enviarem amostra física
30	250	und	FÓRCEPS 16 EM AÇO INOX	REPROVADO oxidaram na primeira esterilização
31	250	und	FÓRCEPS 150 EM AÇO INOX	REPROVADO oxidaram na primeira esterilização
32	250	und	FÓRCEPS 151 EM AÇO INOX	REPROVADO oxidaram na primeira esterilização
33	250	und	FÓRCEPS 18R EM AÇO INOX	REPROVADO oxidaram na primeira esterilização
34	250	und	FÓRCEPS 18L EM AÇO INOX	REPROVADO oxidaram na primeira esterilização
35	250	und	FÓRCEPS 17 EM AÇO INOX	reprovados por não enviarem amostra física
36	50	und	Sonda periodontal Carolina do Norte 15mm	reprovados

			Aço inoxidável, autoclavavel, com marcação a laser, de ponta única, para exame periodontal	por não enviarem amostra física
37	50	und	Sonda Nabers Para exame de região de furca - com marcação - aço inoxidável, autoclavável	APROVADO
38	50	und	Cureta Gracey 1-2 Aço inoxidável, autoclavavel 17 cm, cabo circular 8mm – para tratamento periodontal região anterior	APROVADO
39	50	und	Cureta Gracey 11/12 Aço inoxidável, autoclavavel, 17 cm, cabo circular 8mm - para tratamento periodontal região posterior face M	APROVADO
40	50	und	Cureta Gracey 13/14 Aço inoxidável, autoclavavel, 17 cm, cabo circular 8mm - para tratamento periodontal região posterior face D	APROVADO
41	50	und	Cureta mini Gracey(ou mini five) 1/2 Aço inoxidável, autoclavavel, cabo circular 8mm - para tratamento periodontal região anterior	APROVADO
42	50	und	Cureta mini Gracey(ou mini five) 11/12 Aço inoxidável, autoclavavel, cabo circular 8mm - para tratamento periodontal região posterior face M	APROVADO
43	50	und	Cureta mini Gracey(ou mini five) 13/14 Aço inoxidável, autoclavavel, cabo circular 8mm - para tratamento periodontal região posterior face D	APROVADO
44	100	und	Foice/raspador McCall 1/10 Aço inoxidável, autoclavavel, pontiaguda; parte ativa que corta dos dois lados;	APROVADO
45	50	und	Lima Dunlop 1-2 Aço inoxidável, autoclavavel, cabo circular, para remoção de cálculo - tratamento periodontal subgengival	APROVADO
46	50	und	Lima Dunlop 3/7 Aço inoxidável, autoclavavel, cabo circular, para remoção de cálculo - tratamento periodontal subgengival	APROVADO
47	50	und	Pedra carborundum para afiar limas dunlop Autoclavavel, aço inox, triangular, pequena	APROVADO
48	50	und	Cureta Columbia 4R – 4L Aço inoxidável, autoclavavel, cabo circular, para remoção de calculo - tratamento periodontal	APROVADO
49	100	und	Pedra de carborundum laranja Autoclavavel, para afiar instrumental odontológico, aço inoxidável	APROVADO
50	250	und	Cabo de bisturi circular de lâmina simples Autoclavavel, aço inox, compatível com lâmina de bisturi n11, n12, n15 e n15c	reprovado - oxidou na 1ª autoclavagem
51	50	und	Gengivótomo de Orban 01/02 Para incisão delicada em gengiva de região interproximal , aço inoxidável, autoclavavel	APROVADO
52	50	und	Cinzel Rhodes 36/37 Para remover e	reprovado -

			remodelar osso, cabo circular, aço inoxidável, autoclavavel	oxidou na 1ª autoclavagem
53	50	und	Micro cinzel Fedi 1 Aço inoxidável, autoclavavel, para remover e remodelar tecido ósseo	APROVADO
54	50	und	Micro cinzel Fedi 2 Aço inoxidável, autoclavavel, para remover e remodelar tecido ósseo	APROVADO
55	50	und	Micro cinzel Fedi 3 Aço inoxidável, autoclavavel, para remover e remodelar tecido ósseo	APROVADO
56	50	und	Micro cinzel Fedi 4 Aço inoxidável, autoclavavel, para remover e remodelar tecido ósseo	APROVADO
57	50	und	Lima Schluger 9/10 Aço inox, autoclavavel, com pontas ativas delicadas, para remover e remodelar tecido ósseo em região interproximal	APROVADO
58	50	und	Lima Schluger 9/10 phd Aço inox, autoclavavel, com pontas ativas delicadas, para remover e remodelar tecido ósseo em região interproximal	APROVADO
59	50	und	Lima buck 11/12 Aço inox, autoclavavel, com pontas ativas delicadas, para remover e remodelar tecido ósseo em região interproximal	APROVADO
60	100	CX	Lamina para bisturi nº 15c Descartável, em aço carbono, autoclavada	APROVADO