



PREFEITURA DE BENTO GONÇALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
SETOR DE SAÚDE BUCAL

PREGÃO
24/2025

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS DE AMOSTRA/EMPRESA
05	50	UN	Sonda exploradora endodôntica dupla com ponta retas	REPROVADA não condiz com o descritivo do edital PORTO ALEGRENSE 2ª Chamada
21	150	CX	34859-LIMA TIPO FLEXO-FILE, 1ª SÉRIE(15,20,25,30,35,40), 21MM, EMBALAGEM 6 LIMAS SORTIDAS.	REPROVADA =mais maleáveis do que as habituais limas tipo flexofile e se deformam facilmente quando pressionadas DENTAL GUIDA 2ª Chamada
23	150	CX	34871-LIMA PARA CANAL TIPO FLEXOFIL N° 20 AMARELO 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES	REPROVADA =mais maleáveis do que as habituais limas tipo flexofile e se deformam facilmente quando pressionadas DENTAL GUIDA 2ª Chamada
25	150	CX	LIMA PARA CANAL TIPO FLEXOFIL, 1ª SÉRIE(15,20,25,30,35,40), 31MM, EMBALAGEM COM 6 LIMAS SORTIDAS	REPROVADA =mais maleáveis do que as habituais limas tipo flexofile e se deformam facilmente quando pressionadas MEGA DENTAL 2ª Chamada
26	150	CX	LIMA TIPO K, N°10 , 31MM, EMBALAGEM 6 LIMAS.	APROVADA PORTO ALEGRENSE 2ª Chamada
38	200	CX	22695- PONTA DE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARDIZADA N°20. CAIXA COM 120 UNIDADES.	APROVADA DENTAL GUIDA 2ª Chamada
44	200	CX	22701- PONTA DE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARDIZADA N°50. CAIXA COM 120 UNIDADES.	APROVADA PORTO ALEGRENSE 2ª Chamada
45	200	CX	22702- PONTA DE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARDIZADA N°55. CAIXA COM 120 UNIDADES.	APROVADA PORTO ALEGRENSE 2ª Chamada
46	200	CX	22703- PONTA DE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARDIZADA N°60. CAIXA COM 120 UNIDADES.	APROVADA PORTO ALEGRENSE 2ª Chamada

47	200	CX	22704- PONTA DE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARDIZADA N°70. CAIXA COM 120 UNIDADES.	APROVADA PORTO ALEGRENSE 2ª Chamada
48	200	CX	22705- PONTA DE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARDIZADA N°80. CAIXA COM 120 UNIDADES.	APROVADA PORTO ALEGRENSE 2ª Chamada



Documento assinado digitalmente
MICHELE AGNOLIN
 Data: 02/10/2025 15:16:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

