

São Marcos, 15 de outubro de 2025.

Avaliação de itens - Pregão Eletrônico nº 063/2025

Os itens descritos no quadro abaixo foram recebidos da empresa Epimed, em atendimento aos requisitos constantes no edital de Pregão Eletrônico nº 063/2025.

Tais itens foram submetidos à análise, diante dos critérios abaixo descritos, e verificou-se que atendem às especificações contidas no referido edital e estão, portanto, aprovados para o uso no Laboratório de Análises Clínicas da Prefeitura Municipal de São Marcos.

Critérios analisados:

1. Compatibilidade com o equipamento de bioquímica SX160 - Sinnowa;
2. Conformidade dos resultados da análise com os controles;
3. Disponibilidade da forma de apresentação solicitada;
4. Repetibilidade de resultados de amostras biológicas e do controle ;
5. Reprodutibilidade de resultados de amostras biológicas e do controle.


Os resultados foram satisfatórios para os critérios 1, 2, 3 ,4 e 5 sendo então os kits aprovados.

Item	Unid	Descrição
1.	Kit	Kits para dosagem de Colesterol Total Lote: 47C30A Marca : Biotechnica Indústria e Comércio Ltda
2.	Kit	Kits para dosagem de Triglicerídeos Lote: 09H10B Marca : Biotechnica Indústria e Comércio Ltda
3.	Kit	Kits para dosagem de glicose Lote: 21U09B Marca : Biotechnica Indústria e Comércio Ltda
4.	kit	Kits para dosagem de fosfatase alcalina Lote: 17A24A Marca : Biotechnica Indústria e Comércio Ltda
5.	kit	Kits para dosagem de alfa amilase Lote: 32H09A Marca : Biotechnica Indústria e Comércio Ltda
6.	kit	Kits para dosagem de AST/TGO Lote: 33C20B Marca : Biotechnica Indústria e Comércio Ltda
7.	kit	Kits para dosagem de ALT/TGP Lote: 38U26B Marca : Biotechnica Indústria e Comércio Ltda
8.	kit	Kit para HDL Colesterol direto Lote: 05H14A Marca : Biotechnica Indústria e Comércio Ltda



Francieli Casal Lemos
Farmacêutica - CRF 14118

Atenciosamente



Patricia Regina de Araujo
Farmacêutica Bioquímica - CRF 5721