

ITEM 9

Proposta : MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-
HOSPITALARES LTDA

ANVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Foco cirúrgico ofertado MARTECMED modelo M300T . Não atende o descritivo na parte grifada:
DURAÇÃO DE LED DE, **NO MÍNIMO**, 50.000 HORAS, OS LEDS DEVEM SER
SUBSTITUÍDOS DE FORMA INDIVIDUAL, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)
DE NO MÍNIMO 93.

Débora Bettú Grigolo
SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE