

ITEM 9 -

Proposta: Seven Import Equipamentos Médicos LTDA

ANVISA do equipamento: OK

ANVISA do fabricante: OK

Análise Técnica: O equipamento Mindray HyLed C5, ofertado pela empresa Seven Import Equipamentos Médicos Ltda., **não atende integralmente às especificações técnicas exigidas no edital**, apresentando diâmetro de cúpula de 540 mm, inferior ao mínimo de 580 mm estabelecido, além de não comprovar o número mínimo de 60 LEDs por cúpula e não apresentar valor exato do campo luminoso D50 a 50 cm, requisitos essenciais para o desempenho óptico e fotométrico do foco cirúrgico, motivo pelo qual a proposta deve ser **desclassificada por não conformidade técnica**.

Débora Bettú Grigolo
SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE