


ANÁLISE DE AMOSTRAS COMPRA DIRETA


Aos 9 dias do mês de outubro de 2025, às 08:00 horas, reuniu-se no almoxarifado da Assistência Farmacêutica do Município, a Comissão de Análise de Amostras designada pela Portaria Nº 34.426 de 03 de Julho de 2023, composta pelos seguintes servidores: DAIANA KLEIN WEBER CARISSIMI – matrícula 17.742, SIMONE LENZ WERLANG – matrícula 13.615, SANDRO HERBE NUNES – matrícula 14.709 acompanhados pela farmacêutica Grazielle Guidolin Rossi – MATRÍCULA 18.634 para análise das amostras referentes ao Pregão 086/2025.

As amostras número 220 e 250 foram avaliadas pela servidora RAQUEL EMMEL LOPES – matrícula 9204, responsável técnica do setor de Vigilância Epidemiológica e a amostra número 246 foi validada pela servidora MICILA PIRES CHIELLE – matrícula 9680, coordenadora do Centro Municipal de Atendimento à Sorologia.


Os resultados das análises estão na planilha que segue em outro anexo.


DAIANA KLEIN WEBER CARISSIMI


Matrícula 17.742


GRAZIELLE GUIDOLIN ROSSI

Matrícula 18.634


SIMONE LENZ WERLANG

Matrícula 13.615


MICILA PIRES CHIELLE

Matrícula 9680


SANDRO HERBE NUNES

Matrícula 14.709


RAQUEL EMMEL LOPES

Matrícula 9204

RELATÓRIO DE AMOSTRAS
Edital de Pregão nº 086/2025

As amostras do Pregão 086/2025, foram entregues dentro do prazo estabelecido no instrumento convocatório e foram analisadas em conformidade com as exigências estabelecidas no respectivo Edital, cujo resultado é o que segue:

LOT E	NOME DAS EMPRESAS	DESCRIÇÃO Simplificada	Fabricante/MARCA	APR	REP	MOTIVO
10	Invicto Com.	ALGODÃO PURO HIDROFÍLICO 500 GR	Nathy		X	Não apresentou amostra.
17	Invicto Com.	ATADURA DE CREPOM 6 CM X 1,8 M (EM REPOUSO) 13,38G 13 FIOS	Erimax		X	Não apresentou amostra.
19	Promed Distrib.	AVENTAL DESCARTÁVEL, INDICADO PARA O USO CLÍNICO E HOSPITALAR, DE MANGAS LONGAS, TERMINAÇÃO DOS PUNHOS COM ELÁSTICO, FECHAMENTO TRASEIRO COM TIRAS (AMARRAÇÃO), ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, COSTURAS REFORÇADAS OU EM OVERLOQUE, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO-TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA 40G, TAMANHO ÚNICO, VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	Amedica	X		
32	Essencia Prod.	CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 (COMPRESSA CIRÚRGICA COM 4 CAMADAS DE TECIDO ENTRELACADAS) COM CADARÇO (PCTE C/ 50 UNID.)	Biotextil		X	Não cumpre as medidas (mediu 41,5x44,5).
46	Essencia Prod.	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	M2LIFE	X		
55	ABC Distrib.	COMPRESSA GAZE 7,5 X7,5 CM (PACOTE C/ 500 UNID.) 13 FIOS (ABERTA 15 CM X 30 CM), COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS.	Erimax		X	Não possui o peso mínimo de 495 g (pesou 241g)

		PESO MÍNIMO: 495 G, CONFORME NORMAS DA ABNT, NBR 13843 (PACOTE C/ 500 UNID.)				
59	Med4 Imp.	CURATIVO ANTIMICROBIANO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA COM REFORÇO DE FIBRA DE CELULOSE REGENERADA, FIBRAS DE 100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXUDATO, POR MEIO DE AÇÃO HIDROFÍLICA EM ATÉ 22 VEZES SEU PESO EM FLUIDOS E 1,2% DE PRATA IÔNICA COM AÇÃO ANTI MICROBIANA PARA AMPLO ESPECTRO DE MICRO-ORGANISMOS PATOGENICOS. TAMANHO: 10 X 10 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL OPACA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 18 MESES A CONTAR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Curatec	X		
60	Med4 Imp.	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO DE ALTA ABSORÇÃO, ESTÉRIL, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS. TAMANHO: 7,5X12CM	Curatec	X		
63	Isis Guterres	CURATIVO NÃO ADERENTE COMPOSTO DE TELA DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATO, ESTÉRIL. TAMANHO: 7,6X20,3CM	DBS / Pielsana Sachet	X		
65	Blumédica	DETERGENTE ENZIMÁTICO, EMBALAGEM DE 01 LITRO, CONCENTRADO PARA DILUIÇÃO DE 1ML/LITRO DE ÁGUA, PARA LIMPEZA MANUAL, COMPATÍVEL COM TODOS OS MATERIAIS E ARTIGOS MÉDICOS, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO, COM REGISTRO ANVISA/MS. PRODUTO CUJA FÓRMULA CONTÉM ALÉM DE UM TENSOATIVO, PELO MENOS UMA ENZIMA HIDROLÍTICA DA SUBCLASSE DAS PROTEASES EC 3.4, PODENDO SER ACRESCIDA DE OUTRA ENZIMA DA SUBCLASSE DAS AMILASES EC 3.2 E DEMAIS COMPONENTES COMPLEMENTARES DA FORMULAÇÃO, INCLUSIVE DE ENZIMAS DE OUTRAS SUBCLASSES, TENDO COMO FINALIDADE REMOVER A SUJIDADE CLÍNICA E EVITAR A FORMAÇÃO DE COMPOSTOS INSOLÚVEIS NA SUPERFÍCIE DESSES DISPOSITIVOS	Prolink	X		Não apresentou amostra.
67	Essencia Prod.	DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA N. 21 G (BUTTERFLY)	M2LIFE	X		
68	Essencia Prod.	DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA N. 23 G (BUTTERFLY)	M2LIFE	X		

69	Essencia Prod.	DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA N° 19 G (BUTTERFLY)	M2LIFE	X		
70	Essencia Prod.	DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA N° 25 G (BUTTERFLY)	M2LIFE	X		
71	Essencia Prod.	DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA N° 27 G C/AGULHA 1 CM DE COMPRIMENTO) (BUTTERFLY)	M2LIFE	X		
73	Essencia Prod.	ELETRODOS DESCARTÁVEIS ADULTO	Netsafe	X		
77	Promed Distrib.	EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ESTÉRIL, ESTERIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, LIVRE DE PIROGÊNIOS OU ENDOTOXINAS BACTERIANAS, ATÓXICO E FABRICADO EM PVC, NA COR AZUL, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, PINÇA ROLETA CORTA FLUXO, PRODUTO DE USO ÚNICO.	TKL	X		
78	Essencia Prod.	EQUIPO MACRO GOTAS COM ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER E TAMPA E PINÇA ROLETE	M2Life / Medix	X		
79	Essencia Prod.	EQUIPO MICRO GOTAS COM ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER E TAMPA E PINÇA ROLETE	TKL	X		
82	Essencia Prod.	ESPARADRAPO GRANDE 10 X 4,5 M	Ciex	X		
86	Essencia Prod.	EXTENSOR FIX 20 CM 2 VIAS	Medix	X		
119	Altermed	LÂMINA BISTURI N° 20	Medix		X	Não apresentou amostra.
121	Essencia Prod.	LANCETAS P/ OBTENÇÃO DE SANGUE CAPILAR, P/ USO EM LANCETADOR	Cepalab			Amostra enviada foi na marca Medisign
123	Centermedi	LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL DE CELULOSE, 70 CM X 50 M	Inovato	X		
124	Centermedi	LOÇÃO OLEOSA A.G.E (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 100ML, P/ SER UTILIZADO EM PELE INTEGRA	Hadassah / Dermatrol		X	Não apresentou amostra.
134	Medilar	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX NATURAL, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS,	Luvix		X	Não apresentou amostra.

		REGISTRO ANVISA, ABNT/NBR, CERTIFICADO APROVAÇÃO MTP. TAM PP / P / M / G (A SER DEFINIDO NO EMPENHO) OBS: AS LUVAS DEVEM CONTER O NÚMERO DO CA					
144	Essencia Prod.	MÁSCARA N95 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, FORMATO DOBRÁVEL, COM CLIPE NASAL, SEM VÁLVULA, CLASSE N95 PFF2, CAMADAS DE TNT, FELTRO E CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA, TRATADAS ELETROSTATICAMENTE. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS, CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMO (PFF2). BRANCO NA PARTE EXTERNA E INTERNA.	Crownname	X			
147	Centermedi	MICROPORE EXTRA-LARGO 5CMX10M	Olimed	X			por se tratar do mesmo produto do item 148, alterando apenas o tamanho, aprovamos considerando a análise da amostra 148
148	Centermedi	MICROPORE LARGO 2,5CMX10M	Olimed	X			
151	Instramed	PÁS DESCARTÁVEIS PARA USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COMPATÍVEL COM O MODELO MODELO I.ON/ I.ON PRÓ INSTRAMED - TAMANHO ADULTO	Instramed	X			
152	Instramed	PÁS DESCARTÁVEIS PARA USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COMPATÍVEL COM O MODELO MODELO I.ON/ I.ON PRÓ INSTRAMED - TAMANHO INFANTIL	Instramed	X			
161	Altermed	ROLO BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 80MM X 20M P/ ELETROCARDIOGRAFO COMPASSUS 3000 - ALFAMED	Tecnoprint		X		Não apresentou amostra.
162	Altermed	ROLO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO EM APARELHO DE MARCA ELETROCARDIOGRAFO SE-300B PAPEL TÉRMICO DOBRADO, 80MM x 70MM x 200 PÁGINAS PAPEL TÉRMICO LAMINADO, 80MM x 20M	Tecnoprint		X		Não apresentou amostra.
164	MK Prod. Med.	SACO SÉPTICO 30 LITROS	Rava	X			
177	Medilar	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6	Biofarmaceutica	X			no intuito de facilitar e desburocratizar, para os itens 177, 178, 180 e 181 (mesma empresa vencedora), por se tratar do mesmo produto alterando apenas o tamanho (conforme o item), poderá a empresa encaminhar apenas uma amostra valendo a mesma para os demais
178	Medilar	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	Biofarmaceutica	X			no intuito de facilitar e desburocratizar, para os itens 177, 178, 180 e 181 (mesma empresa vencedora), por se tratar do mesmo produto alterando apenas o tamanho (conforme o item), poderá a empresa encaminhar apenas uma amostra valendo a mesma para os demais
179	Altermed	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	Biosani		X		Não apresentou amostra.
180	Medilar	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	Biofarmaceutica	X			no intuito de facilitar e desburocratizar, para os itens 177, 178, 180 e 181 (mesma empresa vencedora), por se tratar do mesmo produto alterando apenas o tamanho (conforme o item), poderá a

								empresa encaminhar apenas uma amostra valendo a mesma para os demais
181	Medlar	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16		Biofarmaceutica	X			no intuito de facilitar e desburocratizar, para os itens 177, 178, 180 e 181 (mesma empresa vencedora), por se tratar do mesmo produto alterando apenas o tamanho (conforme o item), poderá a empresa encaminhar apenas uma amostra valendo a mesma para os demais
182	Altermed	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18		Biosani		X		Não apresentou amostra.
183	Altermed	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8		Biosani		X		Não apresentou amostra.
184	Max Cir.	SONDA DE GASTROSTOMIA 100 % SILICONE 20 FR		Max Nutri		X		Não apresentou amostra.
185	Max Cir.	SONDA DE GASTROSTOMIA- BOTTON 12 FR 1,5CM		Max Nutri		X		Não apresentou amostra.
186	Max Cir.	SONDA DE GASTROSTOMIA- BOTTON 12 FR 2,0CM		Max Nutri		X		Não apresentou amostra.
187	Max Cir.	SONDA DE GASTROSTOMIA- BOTTON 14 FR 1,5CM		Max Nutri		X		Não apresentou amostra.
188	Actual Med	SONDA DE GASTROSTOMIA- BOTTON 14 FR 2,0CM		Medicone	X			
189	Actual Med	SONDA DE GASTROSTOMIA- BOTTON 16 FR 1,5CM		Medicone	X			
190	Actual Med	SONDA DE GASTROSTOMIA- BOTTON 16 FR 2,0CM		Medicone	X			
200	Essencia Prod.	SONDA NASOENTÉRICA 12F		Mark Med	X			
208	Centermedi	SONDA URETRAL Nº 10		Medix		X		Não apresentou amostra.
209	Centermedi	SONDA URETRAL Nº 12		Medix		X		Não apresentou amostra.

212	Centermedi	SONDA URETRAL Nº 8	Medix		X	Não apresentou amostra.
217	Altermed	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE HASTE FLEXÍVEL, À PROVA D'ÁGUA QUE UTILIZA A UNIDADE DE MEDIÇÃO GRAUS CELSIUS (°C) COM PRECISÃO POR DECIMAL. EMITIR SINAIS SONOROS (BEEPS), DE ACORDO COM O MOMENTO (UM PARA QUANDO ELE ESTIVER PRONTO PARA O USO E UM AO FINAL DA MEDIÇÃO DA TEMPERATURA). PARA AFERIÇÃO DA TEMPERATURA EM AXILAS.	Accumed / Gtech		X	Não apresentou amostra.
220	Orbitae Trading Imp.	TESTE RÁPIDO NS1 DENGUE - KIT COM CASSETTE DE TESTE RÁPIDO CROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRA HUMANA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, PARA AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DAS INFECÇÕES POR DENGUE, COM SOLUÇÃO TAMPÃO E PIPETAS PARA A COLETA DE SANGUE VENOSO OU DIGITAL, ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES. LEITURA DO TESTE EM ATÉ 20 MINUTOS E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA.	Assure Tech	X		
246	Actual Med	TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM EDTA K3 (OU K4) E ASPIRAÇÃO DE 4 ML (OU 4,5ML)	Kolplast	X		
247	Actual Med	TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM GEL SEPARADOR E ASPIRAÇÃO DE 4ML	Kolplast	X		
250	Mega Med	KIT DE TESTES RÁPIDOS - COMBO ANTÍGENO SARS-COV2 E INFLUENZA TIPO A E TIPO B: TESTES RÁPIDOS COMBO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA, SIMULTÂNEA E DIFERENCIADA DE ANTÍGENO DA COVID-19 (SARS-COV-2) E INFLUENZA A+B, PELA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA - AMOSTRA SWAB DE NASOFARINGE (INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA COLETA) CARACTERÍSTICA DESEMPENHO: SENSIBILIDADE (MÍNIMA): SARS-COV-2: 95,00% INFLUENZA A: 94,00% INFLUENZA B: 90,00% ESPECIFICIDADE (MÍNIMA): SARS-COV-2: 98,00% INFLUENZA A: 98,00% INFLUENZA B: 98,00% MATERIAL PARA COLETA: DISPOSITIVO DE TESTE VEDADO, TUBO DE DILUIÇÃO, SOLUÇÃO TAMPÃO, HASTE ESTERILIZADA PARA COLETAS DE AMOSTRAS NASAL/NASOFARÍNGEO/OROFARÍNGEO-SWABS ESTÉREIS	Signaz	X		

Santa Cruz do Sul, 09 de outubro de 2025.

DAIANA KLEIN WEBER CARISSIMI

SIMONE LENZ WERLANG

SANDRO HERBE NUNES