

ITEM 9 -

Proposta: Barrfab Ind. Com. Importação e Exportação De Equipamentos Hospitalares Ltda

Não atende o descritivo técnico que exige número de LEDs por cúpula maior ou igual a 60. O foco cirúrgico ofertado pela empresa possui 50 LEDs.

Débora Bettú Grigolo
SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE