

ITEM 9 -

Proposta: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES S/A

Não atende o descritivo técnico, pois não informam o número de LEDs por cúpula, o tamanho de cada cúpula, não informam o tamanho de cada cúpula, não informam se é possível fazer substituição individual dos LEDs, não informam a profundidade mínima de luz no campo.

Débora Bettú Grigolo
SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE