



Departamento de Compras PMSA <licitacao@santoangelo.rs.gov.br>

ENC: 4615- Esclarecimento descritivo Pregão Eletrônico nº 72/2025

1 mensagem

Secretária Municipal de Saúde - Planejamento

<planejamento.saude@santoangelors.com.br>

Para: licitacao@santoangelo.rs.gov.br

4 de novembro de 2025 às

10:56

Segue esclarecimento

De: "almoxarifadosaude pmsa" <almoxarifadosaudepmsa@gmail.com>**Enviada:** 2025/11/04 10:51:51**Para:** planejamento.saude@santoangelors.com.br**Assunto:** Re: 4615- Esclarecimento descritivo Pregão Eletrônico nº 72/2025

Bom dia André!

Segue especificações solicitadas pelo fornecedor acima:

Características Técnicas Mínimas

- Capacidade de produção: entre 3.8 e 5 litros de água destilada por ciclo ou por hora.
- Material de fabricação:
 - o **Câmara de ebulição e resistências em aço inoxidável, resistente à corrosão e de fácil higienização;**
 - o Condensador em aço inoxidável ou alumínio anodizado;
 - o Reservatório de coleta em vidro borossilicato ou plástico atóxico (PP ou PEAD).
- Sistema de aquecimento: resistências elétricas blindadas, controladas automaticamente.
- Alimentação elétrica: 220 V, 50/60 Hz, potência entre 450 e 1000 W (dependendo da capacidade).
- Sistema de segurança:
 - o Fusível de proteção elétrica.
- Saída de água destilada: mínimo de 99% de pureza, condutividade ≤ 10 µS/cm.

Seria isso basicamente que o aparelho deve conter.

Qualquer dúvida siga a disposição

Atenciosamente

Em seg., 3 de nov. de 2025 às 16:17, Secretária Municipal de Saúde - Planejamento <planejamento.saude@santoangelors.com.br> escreveu:

Boa tarde Leticia,

Por favor responder ao fornecedor o questionamento dele. Trata do item da licitação de odonto.

Adm. ANDRÉ KISSEL

CRA/RS 39570

Secretaria Municipal de Saúde

Av Brasil, 2100 Cep: 98801-590

Fone: (55) 3313-9350

Santo Ângelo-RS

De: "Departamento de Compras PMSA" <licitacao@santoangelo.rs.gov.br>**Enviada:** 2025/11/03 07:59:54**Para:** planejamento.saude@santoangelors.com.br**Assunto:** Fwd: 4615- Esclarecimento descritivo Pregão Eletrônico nº 72/2025

A/C ANDRE

Bom dia! segeu pedido de esclarecimento do item 116.

att,

Giani

Prezados,

Verificamos que alguns itens do Anexo I do Edital nº 72/2025 apresentam descrições muito genéricas, sem detalhes técnicos.

Como exemplo, o **item 116 – Destilador de Água de Bancada** não informa capacidade, potência, material do reservatório ou outras características.

Solicitamos, por gentileza, **confirmação se o fornecimento poderá ser feito com modelos disponíveis no mercado**, desde que adequados ao uso odontológico, ou se haverá **especificações técnicas complementares** para padronização.

Aguardamos retorno para correto enquadramento da proposta.

Atenciosamente,



ADNA SANTOS
COMERCIAL

☎ (21) 99779-6625

✉ fazvenda@gmail.com

🌐 www.lojafazvenda.com.br

📷 @fazvendasequipamentos

📍 Rua Rocha Pita, 92, Ap. 505, Cachambi - Rio de Janeiro - RJ

--

LETICIA DO CARMO

RESPONSÁVEL DA OXIGENOTERAPIA E ALMOXARIFADO DA SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Tiradentes, 1398 Cep: 98803-410

Fone: (55) 3312-0126

Santo Ângelo-RS