

Sapucaia do Sul, 05 de Novembro de 2025.

De: Neilane Rosito- Assessora Técnica

Para: Licitações

Assunto: Análise Técnica de proposta

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 293623/2025 EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 0153/2025

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA PARA AS PACIENTES AMBULATORIAIS ELETIVAS NA CLINICA DA SAUDE DA MULHER (CLISAM), UNIDADE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS.

Após análise:

O descritivo do cod: 13839- Tesoura D= 5 fr, C= 34 cm, boca romba. simples ação., a empresa está ofertando de 33cm, portanto não atende ao solicitado pela área técnica.

O descritivo do cod: 13838- Pinça D= 5 Fr., C= 34 cm. Semirígida, dupla ação., a empresa está ofertando de 33cm, portanto não atende ao solicitado pela área técnica.

O descritivo do cod: 14690- PINÇA DE BIÓPSIA, SEMIRRIGIDA, DUPLA AÇÃO, DIÂMETRO 5FR, COMPRIMENTO 400MM, PARA HISTEROSCOPIA, a empresa está ofertando pinça JACARÉ de 42cm, portanto não atende ao solicitado pela área técnica.

## Identificação interna do documento FWLFM2I1C9-FXILZXS2



Nome do arquivo:

Resposta\_Tecnica\_MANACIAL\_20251105133906702563.docx

Data de vinculação à solicitação: 05/11/2025 13:39

Autor: Neilane Ramos Molon Rosito (neilane.ramos)

Aplicativo: 295916