

Sapucaia do Sul, 10 de Novembro de 2025.

De: Neilane Rosito- Assessora Técnica

Para: Licitações

Assunto: Análise Técnica de proposta RECO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 293623/2025 EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº
0153/2025

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA PARA
AS PACIENTES AMBULATORIAIS ELETIVAS NA CLINICA DA SAUDE DA MULHER (CLISAM),
UNIDADE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS.

Após análise:

Os descritivos dos materiais não conferem REGISTRO DA ANVISA X PROPOSTA.

A ótica solicitada tem 30 cm e a proposta 31cm (poderá ser danificada pois a camisa de
histeroscopia é de 30cm).

A tesoura solicitada é de 30 cm e a proposta de 40 cm.

Para atender a ótica de 4mm a camisa interna tem um diâmetro de 5.4mm e a camisa
externa tem diâmetro de 6.0 mm, mas a cotação é de uma camisa de 2.9mm, fazendo com
que a ótica não entre na camisa.

Identificação interna do documento I24ZDSM2C9-QACA4IX2



Nome do arquivo:

Resposta_Tecnica_reco_20251111229376986477.docx

Data de vinculação à solicitação: 11/11/2025 12:29

Autor: Neilane Ramos Molon Rosito (neilane.ramos)

Aplicativo: 295916