

Sapucaia do Sul, 13 de Novembro de 2025.

De: Neilane Rosito- Assessora Técnica

Para: Licitações

Assunto: Análise Técnica de proposta MF MEDICAL LTDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 293623/2025 EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº
0153/2025

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA PARA
AS PACIENTES AMBULATORIAIS ELETIVAS NA CLINICA DA SAUDE DA MULHER (CLISAM),
UNIDADE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS.

Após análise a empresa não atende ao descritivo.

A pinça cod 14690 cotada não atende ao descritivo: quanto ao comprimento.

O RMS informado na proposta, site da ANVISA, não tem informações sobre a pinça.

A camisa cotada cod 20683347, 7Fr não tem manual na ANVISA, e a mesma possui 2 canais
de trabalho e 1 torneirinha de irrigação e o solicitado é um canal de trabalho e 02 torneiras:
uma de irrigação e outra de aspiração.