



Departamento de Compras PMSA <licitacao@santoangelo.rs.gov.br>

RE: Solicitação de Esclarecimento Edital PE 54/2025 External Caixa de entrada

1 mensagem

Secretária Municipal de Saúde - Planejamento

<planejamento.saude@santoangelors.com.br>

Para: Departamento de Compras PMSA <licitacao@santoangelo.rs.gov.br>

19 de novembro de 2025 às

09:28

Bom dia,

Conforme solicitado segue:

74. BRAÇADEIRA ADULTO PNI 1/2V PARA MONITOR COM CONECTORES

Para Monitor marca Mindray e Alfamed - 01 Via com conector engate rápido de metal polido.

102. CABO PACIENTE ECG 05 VIAS P/ MONITOR E CARDIOVERSOR

Para Monitor marca Mindray e Alfamed

103. CABO PACIENTE ECG 10 VIAS P/ ELETROCARDIÓGRAFO”;

Para Eletrocardiógrafo marca EDAN modelo SE3 - Pino banana

Adm. ANDRÉ KISSEL

CRA/RS 39570

Secretaria Municipal de Saúde

Av Brasil, 2100 Cep: 98801-590

Fone: (55) 3313-9350

Santo Ângelo-RS

De: "Departamento de Compras PMSA" <licitacao@santoangelo.rs.gov.br>

Enviada: 2025/11/18 12:32:35

Para: planejamento.saude@santoangelors.com.br

Assunto: Solicitação de Esclarecimento Edital PE 54/2025 External Caixa de entrada

Prezados,

Em referência aos itens:

*“74. BRAÇADEIRA ADULTO PNI 1/2V PARA MONITOR COM CONECTORES**102. CABO PACIENTE ECG 05 VIAS P/ MONITOR E CARDIOVERSOR**103. CABO PACIENTE ECG 10 VIAS P/ ELETROCARDIÓGRAFO”;* do Edital de Pregão Eletrônico 54/2025, solicitamos, por gentileza, a **informação sobre a marca e o modelo do equipamento** no qual serão utilizados para que possamos verificar a compatibilidade.

att,

Giani