



Departamento de Compras PMSA <licitacao@santoangelo.rs.gov.br>

RE: Esclarecimento referente ao PE 54/2025 A/C ANDRÉ.

1 mensagem

Secretária Municipal de Saúde - Planejamento

<planejamento.saude@santoangelors.com.br>

Para: Departamento de Compras PMSA <licitacao@santoangelo.rs.gov.br>

26 de novembro de 2025 às

07:44

Bom dia,

Conforme pedido de esclarecimento da empresa DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA referente ao PR 54/2025, segue.

Item 163 - CJ PAS CHOQUE INTERCAMBIÁVEIS AM/AZ CARDIOOVERSOR - Não trata-se de pás de choque adesivas descartáveis, essas são pás intercambiáveis com um único conector padrão para Cardioversores Cmos Drake. Não são utilizadas em DEA.

Item 393 - PAS ADESIVAS ADULTO P/ CARDIOOVERSOR FUTURA CMOS DR - Conector Azul/Branco - fabricante só atesta o funcionamento correto do equipamento com pás originais e não compatíveis

Itens 74, 75, 76 - São braçadeiras para aparelhos de pressão, e não para monitores de sinais vitais

Item 102 Cabo ECG 5 Vias para Monitor Alfamed Vita 500e

Item 103 - Cabo ECG 10 Vias para ECG Digital Wincardio Micromed pino banana.

Item 246 - EXTENSOR P/ BRACADEIRA PNI 1/2V MONITOR ENGATE RAP - Trata-se de extensor 1 via conector de metal polido engate rápido universal para Monitor Alfamed / Mindray

Item 531 - SENSOR DE OXIMETRIA SPO2 ADULTO/NEONATAL, SENSOR D - trata-se Sensor de oximetria Clip Adulto para Monitor Alfamed Vita 500e

Ate.te

Adm. ANDRÉ KISSEL**CRA/RS 39570****Secretaria Municipal de Saúde****Av Brasil, 2100 Cep: 98801-590****Fone: (55) 3313-9350****Santo Ângelo-RS**

De: "Departamento de Compras PMSA" <licitacao@santoangelo.rs.gov.br>**Enviada:** 2025/11/25 10:34:41**Para:** planejamento.saude@santoangelors.com.br**Assunto:** Esclarecimento referente ao PE 54/2025 A/C ANDRÉ.

Prezados, bom dia.

A DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, vem por meio desta, apresentar questionamento referente aos itens **74,75,76,102,103,163,246,393 E 531 do PE 54/2025.**

ITEM 163 E 393 - É solicitado pás adesivas compatíveis para desfibrilador CMOS DRAKE. No entanto, não é mencionado qual seria a cor do conector do desfibrilador. Visto que existem duas opções, seria a cor:

- A. CONECTOR PRETO
- B. CONECTOR AZUL E BRANCO

ITEM 74,75,76,102,103,246 E 531 – Nestes itens, é solicitado acessórios para diversas derivações. Qual seria a marca e o modelo do monitor multiparâmetro no qual os acessórios serão utilizados?

Aguardo retorno e agradeço disposição e presteza!