



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2025/00786

Bento Gonçalves, 03 de dezembro de 2025.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2025/00407, 03/12/25 - SEFIN.

O catálogo técnico apresentado não está incluso no registro do equipamento da ANVISA. O manual técnico não foi encontrado no arquivo, mas foi encontrado no site da ANVISA.

Pude verificar que a altura mínima da mesa é 595 mm $\pm$ 20 mm e altura máxima é 855 mm $\pm$ 20 mm, conforme manual no registro da ANIVSA. Os valores na proposta da empresa e no catálogo técnico (altura do leito: mínima 50cm e máxima 80cm). No edital é solicitado "O LEITO DEVE POSSUIR VARIAÇÃO DE ALTURA ENTRE 46 CM E 75 CM, ... , ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 5%"

Sendo assim, a empresa não atende aos requisitos técnicos.

- assinado eletronicamente -

Marcos Vinícios Cardoso Júnior
Médico Autorizador



Assinado com senha por MARCOS VINÍCIOS CARDOSO JÚNIOR.
Documento Nº: 164427-1469 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=164427-1469>

Classif. documental

00.01.01.01



SMSDES202500786A