

Zimbra

licitacao@imbe.rs.gov.br

Fwd: Pregão eletrônico 126/2025, Item 04

De : Administrativo da Saúde
<saudeadm@imbe.rs.gov.br>

sex., 09 de jan. de 2026 09:25

Assunto : Fwd: Pregão eletrônico 126/2025, Item 04

Para : Leticia Moraes
<Leticia.Moraes@hartmann.info>

Cc : licitacao <licitacao@imbe.rs.gov.br>

Bom dia.

Segue resposta à solicitação de esclarecimento da empresa sobre o item 04 do pregão 126/2025.

Atenciosamente,

Departamento Administrativo, Financeiro e de Planejamento
Secretaria Municipal de Saúde - Imbé/RS
Endereço: Avenida Paraguassú, 2017 - Centro
Contato: (51) 3627-8530 ou (51) 3627-8531

De: "Melhor" <melhoremcasa@imbe.rs.gov.br>

Para: "saude adm" <saudeadm@imbe.rs.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 8:38:37

Assunto: Pregão eletrônico

Bom dia. Tudo bem?

Em relação ao item 04 do PE Nº 126/2025, esclarecemos que o sistema **tranca fluído** é uma característica essencial para o adequado funcionamento do curativo. Tal sistema é fundamental, pois a espuma deve reter o exsudato, impedindo que ele se espalhe para as bordas da lesão. O extravasamento pode provocar maceração nas bordas da ferida, o que compromete a migração celular da pele perilesional em direção ao leito da ferida e dificulta o processo de cicatrização.

As demais características mencionadas na descrição do item são requisitos técnicos que permitem aos profissionais de saúde acompanharem com maior eficiência e agilidade a evolução das lesões.

Curativos que atendam às exigências técnicas descritas estão aptos a participar do certame. Ressaltamos que os descritivos foram definidos após análise técnica das lesões e identificação das características necessárias para promover a cicatrização adequada e o sucesso do tratamento.

Att Enfermeira Coordenadora Céres Vargas

--

EQUIPE EMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
3627-8500-Ramal 729

Equipe Multidisciplinar de Atendimento Domiciliar
Secretaria Municipal de Saúde
Imbé - RS
