



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Diel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200

 www.fhgv.com.br

 /fhgvs

 /fundação-hospitalar-getulio-vargas

FICHA PARECER TÉCNICO

Nº

Material e marca avaliado: 6895 COLCHAO BIPARTIDO PARA POSIÇÕES DE PARTO., MARCA ZEFERINA:

Lote:

Quantidade: 01

Unidade avaliadora: ROUPARIA

Código no SIGH:

Descrição Padronizada: COLCHÃO BIPARTIDO PARA PARTO

ITENS PARA AVALIAÇÃO

1) O material contempla a especificação padronizada?

() Sim (X) Não Obs.: COLCHÃO COM TAMANHO CERTO, PORÉM NÃO PODE TER COSTURA NOS CONTORNOS. CORTE

2) A embalagem é adequada para a utilização? (considerar abertura, exposição e identificação do item e registros, lote e instruções de uso)

() Boa () Regular (X) Ruim Obs.: FOI OBSERVADOS PONTO NEGATIVOS, EMBALAGEM COM COSTURA NAS LATERAIS E CANTOS.

3) Durante o manuseio e/ou procedimento com o material houve a identificação de irregularidades ou efeito indesejável?

(X) Sim () Não Qual: DEVIDO APRESENTAR COSTURA NOS CONTORNOS DO COLCHÃO ENTRA SANGUE E LIQUIDO AMINOTICO.

4) A utilização do item avaliado pode desencadear algum efeito adverso colocando em risco a segurança do paciente?

(X) Sim () Não Qual: SIM, ACUMULAR SECREÇÃO E FAVORECER PROLIFERAÇÃO DE BACTERIAS

Pontos Positivos: NÃO OBSERVADO

Pontos Negativos: COLCHÃO APRESENTA CAPA COM COSTURA NOS CONTORNOS, O QUE PROPICIA INFILTRAÇÃO DE SECREÇÕES DO PARTO E POSTERIOR PROLIFERAÇÃO DE AGENTES NOCIVOS A SAÚDE.

Observações: _____

Conclusão sobre o item acima especificado: () Aprovado (X) Reprovado

Avaliador: ROSIANNY KUMIECHICK Cargo/Função: ENFA CHEFE DA HIGIENE E ROUPARIA.

Data: 14/01/2026

Unidade: SETOR DE ROUPARIA.

Rosianny Glitercy Kumiechick
Chefe da Higienização e Hotelaria
Coren RS 103592
Fund. Hosp. Getúlio Vargas

Conduta da Comissão de Parecer Técnico: COLCHÃO BIPARTIDO PARA PARTO REPROVADO PARA

Rosianny Glitercy Kumiechick
Chefe da Higienização e Hotelaria
Coren RS 103592
Fund. Hosp. Getúlio Vargas