



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/00055

Bento Gonçalves, 19 de janeiro de 2026.

Ao
Marcos Vinícios Cardoso Júnior
Médico Autorizador
Auditoria Saúde

Assunto: Análise de Documentos - PE 209/2025

Prezados

Segue em anexo, documentação referente ao equipamento ofertado pela licitante vencedora no Pregão Eletrônico 209/2025. Solicito análise quanto atendimento ao exigido em edital. Saliento que o certame encontra-se em andamento, aguardo retorno para dar prosseguimento.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Cássio Dallé Coser
Assessor Administrativo

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por CÁSSIO DALLÉ COSER.
Documento Nº: 170892-3330 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=170892-3330>



PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Número: 0209/2025

1. DADOS DO PROPONENTE:

Razão Social: **ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA**
Nome Fantasia: **AC PRODUTOS E SERVIÇOS**
CNPJ: **56.422.537/0001-02** / Inscrição Estadual: **197679722** / Inscrição Municipal: **44/2025**
Optante pelo SIMPLES? **(Sim)**
Endereço completo: **RUA DEMOSTENES A DE SOUSA, Nº 65, São Julião - PI**
Telefone: **(62) 9 96119710**
E-mail: **a.cservicoseprodutos@gmail.com**
Dados bancários (banco, agência, conta): Banco: **403 - Cora S Ag: 0001 Cc: 5164045-1**

ITEM 1	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
CARDIOVERSOR E DESFIBRILADOR BIFÁSICO	3 UN	MARCA: AMOUL MODELO: Cardioversor e Desfibrilador 4 em 1 Automático i2 com Marca-Passo Amoul INFORMAÇÕES NO CATÁLOGO!!!	R\$ 21.890,00	R\$ 65.670,00
IMAGEM ILUSTRATIVA				

 a.cservicoseprodutos@gmail.com

 **(62) 99611-9710**





REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA

CPF: 191.873.353-87 RG: 347740 – SSP-PI

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: DIVORCIADA

PROFISSÃO: EMPRESÁRIA

ENDEREÇO COMPLETO: RUA DEMOSTENES A DE SOUSA, Nº 65, Mandacaru, São Julião - PI

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 65.670,00 (SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS)

- Validade da Proposta: **60 (SESSENTA)** dias.

2. DECLARAÇÕES:

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

 a.servicoseprodutos@gmail.com

 (62) 99611-9710



Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele

contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

- Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.
- Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

SÃO JULIÃO – PI, 19 de JANEIRO de 2026

ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA
CPF: 191.873.353-87 | RG: 347740
Representante Legal
A.C PRODUTOS E SERVIÇOS
CNPJ: 56.422.537/0001-56

 a.servicoseprodutos@gmail.com

 (62) 99611-9710



Catálogo de Produto: Cardioversor e Desfibrilador 4 em 1 Automático i2 com Marca-Passo Amoul

Visão Geral do Produto

O **Cardioversor e Desfibrilador 4 em 1 Automático i2 com Marca-Passo da Amoul** é um equipamento médico de última geração, projetado para oferecer uma solução completa e integrada para emergências cardíacas e monitoramento de pacientes. Este dispositivo multifuncional combina as funções de desfibrilador manual, Desfibrilador Externo Automático (DEA), marcapasso externo não invasivo e monitor multiparamétrico, tornando-o indispensável em ambientes hospitalares, ambulâncias e atendimentos de emergência.



Imagem do Produto	Imagem do Produto em Uso
	
	

Principais Aplicações

Este equipamento versátil é indicado para uma ampla gama de cenários clínicos, incluindo:

- **Emergências Clínicas:** Resposta rápida em paradas cardiorrespiratórias.



- **Unidades de Terapia Intensiva (UTIs):** Monitoramento contínuo e intervenção imediata.
- **Ambulâncias e Transporte Médico:** Equipamento robusto e homologado para uso em veículos de emergência.
- **Centros Cirúrgicos:** Suporte vital durante procedimentos cirúrgicos.
- **Atendimento Pediátrico:** Modos e níveis de energia ajustáveis para pacientes infantis.

Vantagens e Recursos

O Cardioversor i2 se destaca por sua eficiência, mobilidade e facilidade de uso.

Vantagem	Descrição
4 Funções em 1	Integra desfibrilador (manual e DEA), marcapasso e monitor multiparamétrico em um único aparelho.
Desfibrilação Eficaz	Energia ajustável de até 360 joules, com onda bifásica exponencial truncada para intervenções precisas.
Alta Mobilidade	Design compacto e leve (5,2 kg), com bateria de longa duração (até 5 horas de autonomia).
Interface Intuitiva	Tela de 8,4 polegadas em alta definição que facilita a operação em situações de alta pressão.
Conformidade Internacional	Atende aos rigorosos padrões de segurança e qualidade, como EN1789:2020 e IEC60601-2-4:2018, com proteção IP54.

Como Utilizar

O design intuitivo do i2 permite que profissionais de saúde selecionem rapidamente o modo de operação desejado:

1. **Seleção de Modo:** Escolha entre os modos Manual, DEA ou Pacing (Marcapasso).
2. **Desfibrilação:** Pode ser realizada com o uso de pás externas ou adesivos descartáveis.



- 3. Marcapasso:** Opera em modo fixo ou sob demanda, conforme a necessidade do paciente.
- 4. Monitoramento:** Os sinais vitais são exibidos em tempo real na tela, com a opção de impressão através da impressora térmica integrada.

Especificações Técnicas

Característica	Especificação
Dimensões	320 × 200 × 120 mm
Peso	5,2 kg
Bateria	Íon de Lítio recarregável
Alimentação	100-240V, 50/60 Hz
Forma de Onda	Exponencial truncada bifásica com compensação de impedância
Impedância	25 Ω a 200 Ω
Níveis de Energia	1 a 360 Joules
Modos de Operação	Manual (síncrono e assíncrono) e DEA automático
Marcapasso	Modos fixo e sob demanda (não invasivo)
Tela	8,4 polegadas de alta definição
Monitoramento	ECG, oximetria, pressão não invasiva, temperatura, respiração e capnografia (opcional)
Grau de Proteção	IP54
Certificações	EN1789:2020, IEC60601-2-4:2018

Itens Inclusos

- Cardioversor e Desfibrilador i2 com Marca-Passo Amoul
- Bateria de íon de lítio recarregável



- Cabos e eletrodos para ECG
- Manguito para pressão não invasiva (PNI)
- Cabo de energia CA
- Manual do usuário
- Certificado de garantia

Perguntas Frequentes

Este equipamento pode ser utilizado em ambulâncias? Sim. Ele é homologado segundo a norma EN1789:2020, específica para transporte médico em veículos.

É seguro para uso em crianças? Sim. O i2 conta com modos dedicados para pacientes pediátricos e permite o ajuste de energia conforme o perfil do paciente.

Qual a autonomia da bateria? A bateria recarregável de íons de lítio oferece até 5 horas de operação, com tempo de recarga inferior a 3 horas.

Fonte: [MA Hospitalar](#)





MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

OFÍCIO SIGA Nº SMS-OFI-2026/00163

Bento Gonçalves, 19 de janeiro de 2026.

À
Débora Bettú Grigolo
Secretário Adjunto
Gabinete do Secretário

Assunto: Análise de Documentos - PE 209/2025

Em resposta ao Cássio Dallé Coser, matrícula SEFIN12481.

Nos documento anexados não há Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, e não há Certificado de Registro ou Cadastro do equipamento oferecido.

Não atende ao edital nas seguintes partes: bateria recarregável com 8h de duração, deve ter função de eletrocardiógrafo pelas pás permanentes ou descartáveis com leitura de 12 derivações, deve apresentar mínimo 2 curvas de ECG na tela.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Marcos Vinícios Cardoso Júnior
Médico Autorizador

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por MARCOS VINÍCIOS CARDOSO JÚNIOR.
Documento Nº: 170919-3330 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=170919-3330>



SMSOFI202600163A