



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

OFÍCIO SIGA Nº SMS-OFI-2026/00195

Bento Gonçalves, 21 de janeiro de 2026.

À
Cássio Dallé Coser
Assessor Administrativo
Licitações

Assunto: Análise de Documentos - PE 219/2025

Análise proposta da empresa Barrfab Ind. Com. Importação e Exportação De Equipamentos Hospitalares Ltda, CNPJ 02.836.248/0001-12

Apresenta os documentos corretamente: Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA; Certificado de Registro ou Cadastro do equipamento oferecido; Certificado ISO 13485.

Não atende aos requisitos do edital que estão grifados a seguir: **deve garantir filtragem de radiação infravermelha e ultravioleta**; a câmera deverá ser digital, com resolução mínima Full HD (1920x1080p) e **tecnologia HDR ou superior**; o sistema deverá possuir modo de emergência automático, assegurando operação com a mesma qualidade de iluminação **por no mínimo 180 minutos** em caso de interrupção da energia elétrica; com ajuste contínuo de intensidade e indicador de nível de luminosidade. As lâmpadas LED deverão possuir vida útil mínima de 60.000 horas e apresentar baixa emissão de calor. Deve possuir ajuste de temperatura de cor com, no mínimo, três opções entre 3.100 k e 6.500 k (luz quente a fria). O tamanho do campo iluminado deve ser ajustável por meio de manopla autoclavável localizada no ponto central da cúpula, permitindo controle estéril pelo cirurgião. O foco cirúrgico deverá empregar iluminação multifocal e **controle microprocessado de luminância** com compensação automática de sombras, garantindo uniformidade da luz no campo operatório.

Atenciosamente,

Classif. documental

00.01.01.01



SMSOFI202600195A

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

- assinado eletronicamente -
Marcos Vinícios Cardoso Júnior
Médico Autorizador

- assinado eletronicamente -
Débora Bettú Grigolo
Secretário Adjunto

