


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Memorando nº 022/2026

Imbé, 28 de janeiro de 2026

DE: Secretaria Municipal de Saúde – Departamento Administrativo


PARA: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Pregão Eletrônico 126/2026 – produtos destinados ao EMAD

Sr. Responsável,

Em resposta a folha de informação n 33/2026 encaminho abaixo a análise dos itens

Item	GRP	Descrição	Empresa	Marca ofertada	Análise
4	41444	Curativo de Silicone, multicamadas (tratamento de lesões). Camada autoadesiva perfurada de silicone, com camadas em espuma de poliuretano, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca fluido e camada extra de retenção. Face superior deve apresentar filme de poliuretano impermeável à água e bactérias. Tamanho mínimo: 12,5 cm x 12,5 cm. Deve possuir registro ANVISA.	BACE	Proximel Silicone	() Aprovado (X) Reprovado
5	41445	Curativo Antibiofilme e Antimicrobiano, com dupla camada. Composto por carboximetilcelulose sódica (100%), prata, EDTA e cloreto de benzetônio. Tamanho mínimo: 10 cm x 10 cm. Deve possuir registro ANVISA.	Molnlycke Health	Exufiber Ag	() Aprovado (X) Reprovado
9	41447	Solução para limpeza de pele e feridas, sem enxágue. Fórmula deve apresentar detergente	MEDPOA	Higgo - BodySkin	() Aprovado



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



		anfótero (cocoanfoacetato dissódico), laurilsulfato de sódio, propilenoglicol, alantoína, metilparabenos, fragrância e água purificada. Frasco 180 ml. Deve possuir registro ANVISA.			(X) Reprovado
--	--	--	--	--	-----------------


Quanto aos itens reprovados, seguem as justificativas:

- **Item 4** – Assim como a marca anterior ofertada, este curativo da marca ofertada não está em conformidade com as especificações do edital, pois não possuem as três camadas de absorção exigidas: “UMA CAMADA DE ABSORÇÃO VERTICAL, OUTRA CAMADA COM SISTEMA TRANCA FLUIDO E UMA CAMADA EXTRA DE RETENÇÃO DO EXSUDATO”.


A presença dessas três camadas de absorção é fundamental para o funcionamento adequado do curativo em feridas exsudativas, uma vez que garante a absorção e retenção adequadas.

Características efetivas de absorção e retenção são essenciais para o tratamento de lesões. Quando uma cobertura não consegue absorver e reter quantidades relevantes de exsudato, o leito da ferida pode se tornar excessivamente úmido, resultando na saída do exsudato para a pele ao redor da ferida. Isso pode causar maceração, atraso no processo de cicatrização, aumento do risco de infecção, fricção e expansão da lesão.

- **Item 5** – Assim como justificado anteriormente, esta marca também não atende o que está sendo solicitado conforme descritivo técnico. A marca NÃO contém composição antibiofilme, como: CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA, que são importantes para tratamento de feridas crônicas nos pacientes atendidos no Município. Ter um curativo antimicrobiano e antibiofilme trará mais efetividade nos atendimentos aos pacientes promovendo a cicatrização das feridas complexas, melhor custo efetivo pois somente a prata (AG) não fará a ação de romper o



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




biofilme que gera uma parada na cicatrização, sendo assim fazendo com que a ferida não evolua, sendo um fator de estagnação dos pacientes. Sabemos que existem biofilme em feridas crônicas e para isso é preciso tratar com um curativo antimicrobiano e também antibiofilme.

Portanto, a marca FIBROSOL AG EXTRA não está conforme o edital, tendo parecer NEGATIVO, não atendem às especificações técnicas.


- **Item 9** - Não atende o que está sendo solicitado conforme descritivo técnico. A marca NÃO contém composição conforme exigido em edital, não apresentando em sua fórmula, detergente anfótero (cocoanfoacetato dissódico), laurilsulfato de sódio, alantoína e metilparabenos.

Sendo o que tínhamos, desde já agradecemos.

Elaborado por:


Milene Pinheiro Machado
Futura Gestora da Ata
Matrícula 13650

Analisado por:


Céres Gonçalves de Vargas
Enfermeira
Diretor Técnico EMAD