



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

OFÍCIO SIGA Nº SMS-OFI-2026/00334

Bento Gonçalves, 02 de fevereiro de 2026.

Ao
Cássio Dallé Coser
Assessor Administrativo
Licitações

Assunto: Análise de Documentos - PE 219/2025

Em resposta a proposta da empresa BAUMER S.A, CNPJ 61.374.161/0001-30, para o edital 219/2025.

Não atende ao edital no requisito destacado a seguir: Foco cirúrgico deverá empregar iluminação multifocal e **controle microprocessado de luminância com compensação automática de sombras**, garantindo uniformidade da luz no campo operatório. Os monitores devem ser de grau cirúrgico, coloridos, com tela plana ips wide-screen **de 30 polegadas ou superior**.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Marcos Vinícios Cardoso Júnior
Médico Autorizador

- assinado eletronicamente -
Débora Bettú Grigolo
Secretário Adjunto

Classif. documental

00.01.01.01



SMSOFI202600334A