



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/00234

Bento Gonçalves, 04 de março de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/00170, 05/02/26 - SEFIN.

Bom dia!

Em relação à de exequibilidade dos itens, foram aceitos os documentos apresentados, visando vantajosidade ao município.

Abaixo segue avaliação dos catálogos por item:

IT E M	DESCRIÇÃO RESUMIDA	RESULTADO
1	Oxímetro de pulso de mesa	Documentação apresentada não sinaliza os acessórios que exige no edital
2	Oxímetro de pulso de mesa	Documentação apresentada não sinaliza os acessórios que exige no edital
3	Eletrocardiógrafo com 12 canais interpretativo	Aprovado
4	Eletrocardiógrafo com 12 canais interpretativo	Aprovado

Classif. documental

00.01.01.01



SMSDES202600234A



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

5	Mesa de exame clínico com leito estofado	Aprovado
6	Mesa de exame clínico com leito estofado	Aprovado
7	Mesa auxiliar para instrumental com varanda	Aprovado
8	Mesa auxiliar para instrumental com varanda	Aprovado
9	Mesa Ginecológica mesas para exame clínicos	Reprovado, não apresenta suporte de papel lençol.
10	Mesa Ginecológica mesas para exame clínicos	Reprovado, não apresenta suporte de papel lençol.
11	cadeira de rodas dobrável	Aprovado
12	cadeira de rodas dobrável	Aprovado
13	cadeira de rodas adulto em aço carbono	Reprovado - Catálogo informa suporte de peso de até 130KG, sendo que o descritivo pede até 180KG.
14	cadeira de rodas adulto em aço carbono	Reprovado - Catálogo informa suporte de peso de até 130KG, sendo que o descritivo pede até 180KG.



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

15	poltrona estofada com estrutura	Aprovado
16	poltrona estofada com estrutura	Aprovado
17	Negatoscópio de um corpo	Aprovado
18	carro de emergência	Aprovado
19	Aquecedor de soro com controle digital	Reprovado, catálogo apresentado com capacidade para frascos de 250mls.
20	Serra para gesso	Aprovado
21	Oxímetro portátil de dedo	Aprovado
22	detector fetal digital portátil	Aprovado
23	Colchão pneumático	Aprovado
24	mocho a gás sincronizado	Aprovado
25	antropômetro vertical portátil	Aprovado
26	estetoscópio pediátrico	Aprovado
27	bomba de sucção portátil de secreções	Reprovado, reservatório de 1,3 L, edital exige 2 reservatórios de 250 mls.



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

28	Seladora para grau cirúrgico	Reprovado, solicitado seladora automática.
29	Otoscópio de parede com lâmpada	Fracassado
30	colchão piramidal	Aprovado
31	capa impermeável	Aprovado
32	Maca com grades	Aprovado
33	Escada de dois degraus	Aprovado
34	carro de curativos	Aprovado
35	Mesa Mayo inox	Aprovado
36	Cadeira de rodas para banho	Aprovado
37	tábua de pcr	Fracassado
38	suporte de soro em aço inox	Aprovado
39	suporte para braço	Aprovado
40	suporte para coletor	Aprovado
41	carro para transportes de bandejas	Aprovado



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

42	pallet plástico vazado	Reprovado, Capacidade dinâmica de apenas de 800KG, descritivo exige 1.500 KG.
43	Andador fixo dobrável	Aprovado
44	escada de 3 degraus	Aprovado

Solicito diligência para melhor apuração dos itens 1 e 2.

Precisamos nos certificar que o equipamento ofertado acompanha todos os itens solicitados no descritivo do edital, a saber: 01 sensores pediátrico, de grampo (clip) ou com clip de orelha, reutilizável, 01 sensores neonatal reutilizável; capa de proteção.

- assinado eletronicamente -

Isabel Pisoni
Enfermeiro

