



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde
Laboratório

Bento Gonçalves, 27 de fevereiro 2026.

Venho por meio deste desclassificar a empresa ganhadora do item 01 do lote 04 por não atender o descritivo do edital, onde se ressalta que os tubos devam ser compatíveis com o equipamento Vacuette SRS 20//II e os apresentados como amostra não operaram corretamente no equipamento apresentando falhas nos resultados. Manifesto a aceitação das demais amostras (demais itens dos Lotes 03, 05 e 06) analisadas e da documentação enviada pelas empresas ganhadoras do certame.

Atenciosamente

Sabrina Barzotto
Responsável técnica