

Referência: Ofício Nº [SEFIN-OFI-2026/00350](#), 05/03/26 - SEFIN.

Bom dia!

Retorno da avaliação do PE Nº 241/2025:

Abaixo segue avaliação dos catálogos por item:

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	RESULTADO
01	Equipamento vertical para armazenamento e conservação 280 litros	Aprovado
02	Equipamento vertical para armazenamento e conservação 280 litros	Aprovado
03	Equipamento vertical para armazenamento e conservação 420 litros	Aprovado
04	Equipamento vertical para armazenamento e conservação 420 litros	Aprovado
13	Monitor multiparamétrico de sinais vitais	Aprovado, documentos aceitos no que tange à exequibilidade.
14	Monitor multiparamétrico de sinais vitais	Aprovado, documentos aceitos no que tange à exequibilidade.
19	Autoclave 54 litros	Não aprovado, pois não atende ao descritivo em alguns aspectos, como alto vácuo pulsante e abertura/travamento da porta motorizada.
20	Autoclave 54 litros	Não aprovado, pois não atende ao descritivo em alguns aspectos, como alto vácuo pulsante e abertura/travamento da porta motorizada.
21	Autoclave 42 litros	Não aprovado pois não atende a exigência de reaproveitamento da água.
22	Autoclave 42 litros	Não aprovado pois não atende a exigência de reaproveitamento da água.
23	Seladora para papel grau cirúrgico	Aprovado, documentos aceitos no que tange à exequibilidade.
32	Carrinho de armazém / carga tubular para transporte	Aprovado
33	Antropometria infantil horizontal.	Aprovado
34	Balança eletrônica pediátrica	Aprovado
36	Biombo duplo hospitalar dobravel,	Aprovado
40	Mesa para corte e costura	Aprovado
44	Foco clinico - foco clinico auxiliar	Aprovado, documentos aceitos no que tange à exequibilidade.
46	Seladora para papel grau cirúrgico com pedal	Aprovado
47	Motor de implante	Aprovado
48	Caixa plástica multiuso vazada	Aprovado