



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

OFÍCIO SIGA Nº SMS-OFI-2026/00864

Bento Gonçalves, 19 de março de 2026.

À

Assunto: Avaliação de amostras PE Nº 238/2025.

Bom dia!

Abaixo segue avaliação das amostras por item:

Item	Descrição resumida	Resultado
01	Sonda foley Nº 28	não recebido amostra
02	Fita adesiva 12,5 X 10	A fita não cumpre com a aderência ideal, acionar próximo colocado
03	Fita adesiva 2,5 X 10	Aprovado
04	Fita adesiva 5,0 X 10	Aprovado
05	Máscara N95	Máscara não tem o mínimo de camadas exigido no descritivo, acionar próximo colocado.
06	Cateter tipo óculos adulto	Aprovado
07	Cateter tipo óculos pedi	Aprovado
08	Nebulizador	Aprovado
09	Nebulizador pediátrico	Deserto/Fracassado
10	Cânula rígida	Não recebido amostra
11	Dreno de tórax Nº 20	Aprovado
12	Dreno de tórax Nº 24	Aprovado
13	Filtro hepa	Não recebido amostra
14	Filtro hepa pediátrico	Não recebido amostra
15	Máscara Oxigênio	Aprovado
16	Máscara de Oxigênio pedi	Aprovado
17	Sistema fechado de asp. 10	Aprovado

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por ISABEL PISONI.
Documento Nº: 182859-1558 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=182859-1558>



SMSOFI.202600864A

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

18	Sistema fechado de asp. 12	Aprovado
19	Elástico	Deserto/Fracassado
20	Teste gravidez	Aprovado
21	Teste álcool	Deserto/Fracassado
22	Teste drogas	Aprovado

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -

Isabel Pisoni
Enfermeiro

