



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/00393

Bento Gonçalves, 27 de março de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/00522, 26/03/26 - SEFIN.

Bom dia, segue abaixo avaliação dos catálogos:

2 - APROVADO

9 - APROVADO

10 - APROVADO

11 - APROVADO

12 - APROVADO

13 - REPROVADO. NÃO ATENDE AO EDITAL. NÃO POSSUI SUPORTE PARA SORO NEM PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO.

14 - REPROVADO. NÃO ATENDE AO EDITAL. NÃO POSSUI SUPORTE PARA SORO NEM PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO.

17 - APROVADO

19 - APROVADO

Classif. documental

00.01.01.01



SMSDES202600393A

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

26 - ABRIR DILIGÊNCIA, SE POSSÍVEL. PARA QUE EMPRESA INFORME O MODELO DO EQUIPAMENTO. NÃO DIZ QUAL MODELO, CATALOGO COM 3 MODELOS.

27 - APROVADO

28 - APROVADO

34 - APROVADO

36 - APROVADO

39 - APROVADO

40 - APROVADO

41 - APROVADO

42 - REPROVADO - ITEM OFERTADO COM CARGA DINÂMICA DE 1.200KG, NÃO ATENDE AO EDITAL QUE EXIGE CARGA DINÂMICA DE NO MÍNIMO 1.500KG.

43 - APROVADO

- assinado eletronicamente -
Ana Paula Felini Paese
Enfermeiro

