



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde
Laboratório

Bento Gonçalves, 22 de abril 2026.

Venho por meio deste desclassificar a empresa ganhadora do item 02 do lote 03 por não atender o descritivo do edital, onde se ressalta que os adaptadores devam ser reutilizáveis e esses que a empresa ofertou parecem ser descartáveis.

Atenciosamente

Sabrina Barzotto
Responsável técnica