



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

OFÍCIO SIGA Nº SMS-OFI-2026/01007

Bento Gonçalves, 30 de março de 2026.

À

Assunto: Análise de amostras - PE Nº 198/2025

Boa tarde!

Abaixo segue avaliação de amostras:

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	RESULTADO
01	Scalp 25	Aprovado
02	Scalp 23	Aprovado
03	Scalp 21	Aprovado
04	cateter Nº 20	Não recebido amostra
05	cateter Nº 18	Não recebido amostra
06	cateter Nº 16	Não recebido amostra
07	cateter Nº 14	Não recebido amostra
08	cateter duplo lúmem	deserta/fracassada
09	seringa perda de resistência	Aprovado.
10	cateter arterial	deserta/fracassada
11	kit transdutor	deserta/fracassada
12	equipo microgotas	reprovado, extremidade não tem conector luer lock (amostra com conector sleep)
13	Equipo/controlador de fluxo	deserta/fracassada
14	tubo extensor 20 CM	Aprovado
15	torneira 3 vias	Aprovado
16	tampa macho/Fêmea	Aprovado

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por ISABEL PISONI.
Documento Nº: 185067-566 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=185067-566>



SMSOFI202601007A

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

17	lanceta	Aprovado
18	agulha pedidural (tuohry)	Aprovado
19	agulha raqui 22	Aprovado
20	gaze tipo queijo	deserta/fracassada

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -

Isabel Pisoni
Enfermeiro

