



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/00710

Bento Gonçalves, 24 de abril de 2026.

À
Giceli Flores
Coordenador de Departamento
Bloco Cirúrgico

Assunto: Análise da Proposta e Catálogo - PE 059/2026 - Aparelho de Anestesia

Prezada,

Ao cumprimentá-la, venho por meio deste, apresentar os catálogos anexados nas proposta resultante do PE 059/2026, este em andamento. Solicito, conforme subitens 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 e 5.6.4 do Edital, análise e parecer dos respectivos catálogos. O documento se encontra no seguinte caminho:

PATA PÚBLICA (:P) -> PE 059.26 - APARELHO DE ANESTESIA

Assim sendo, permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Cleomar Cordeiro Cunha
Agente de Contratação



Assinado com senha por CLEOMAR CORDEIRO CUNHA.
Documento Nº: 190822-7271 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=190822-7271>

Classif. documental

00.01.01.01



SEFINOFI202600710A



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/00561

Bento Gonçalves, 24 de abril de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/00710, 24/04/26 - SEFIN.

Prezado, bom dia.

Após análise detalhada da documentação apresentada, verificou-se que o equipamento ofertado (modelo SAT-700) **não atende integralmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital**, conforme segue:

1. Volume corrente mínimo em desacordo com o edital:

O edital exige volume corrente ajustável a partir de 5 ml.

A proposta apresenta valor mínimo de 10 ml, configurando não conformidade técnica objetiva.

2. Display sem comprovação de ajuste de posicionamento (ergonomia):

O edital exige display com ajuste de posicionamento para correta ergonomia.

A proposta não apresenta qualquer informação que comprove essa funcionalidade, caracterizando não atendimento a requisito técnico especificado.

Diante do exposto, conclui-se que a **proposta apresentada não atende às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital**.

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por GICELI FLORES.
Documento Nº: 190865-7271 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=190865-7271>



SMSDES202600561A

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

- assinado eletronicamente -
Giceli Flores
Coordenador de Departamento



Assinado com senha por GICELI FLORES.
Documento Nº: 190865-7271 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=190865-7271>



SMSDES202600561A