



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/00716

Bento Gonçalves, 24 de abril de 2026.

À
Giceli Flores
Coordenador de Departamento
Bloco Cirúrgico

Assunto: Análise da Proposta e Catálogo - PE 059/2026 - Aparelho de Anestesia

Prezada,

Ao cumprimentá-la, venho por meio deste, apresentar os catálogos anexados nas proposta resultante do PE 059/2026, da empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA, este em andamento. Solicito, conforme subitens 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 e 5.6.4 do Edital, análise e parecer dos respectivos catálogos. O documento se encontra no seguinte caminho:

PATA PÚBLICA (:P) -> PE 059.26 - APARELHO DE ANESTESIA

Assim sendo, permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Cleomar Cordeiro Cunha
Agente de Contratação



Assinado com senha por CLEOMAR CORDEIRO CUNHA.
Documento Nº: 191038-7271 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=191038-7271>

Classif. documental

00.01.01.01



SEFINOFI202600716A



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/00570

Bento Gonçalves, 27 de abril de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/00716, 24/04/26 - SEFIN.

Prezado, bom dia.

Em análise à proposta da empresa MA Hospitalar (item 01 – Aparelho de Anestesia), verificou-se que o equipamento **não atende integralmente ao edital**, uma vez que a faixa de PEEP inicia em 4 cmH#O, não contemplando ajuste a partir de 0 cmH#O, conforme exigido.

Por se tratar de requisito técnico objetivo e relevante, **opina-se pela não aprovação técnica da proposta.**

- assinado eletronicamente -

Giceli Flores
Coordenador de Departamento



Assinado com senha por GICELI FLORES.
Documento Nº: 191285-7271 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=191285-7271>

Classif. documental

00.01.01.01



SMSDES202600570A