



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/00720

Bento Gonçalves, 27 de abril de 2026.

À
Giceli Flores
Coordenador de Departamento
Bloco Cirúrgico

Assunto: Análise da Proposta e Catálogo - PE 059/2026 - Aparelho de Anestesia

Prezada,

Ao cumprimentá-la, venho por meio deste, apresentar os catálogos anexados nas proposta resultante do PE 059/2026, da empresa MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, este em andamento. Solicito, conforme subitens 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 e 5.6.4 do Edital, análise e parecer dos respectivos catálogos. O documento se encontra no seguinte caminho:

PATA PÚBLICA (:P) -> PE 059.26 - APARELHO DE ANESTESIA

Assim sendo, permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Cleomar Cordeiro Cunha
Agente de Contratação



Assinado com senha por CLEOMAR CORDEIRO CUNHA.
Documento Nº: 191355-7271 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=191355-7271>

Classif. documental

00.01.01.01



SEFINOFI202600720A

SIGA



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/00571

Bento Gonçalves, 27 de abril de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/00720, 27/04/26 - SEFIN.

Prezado, boa tarde.

Em análise à proposta da empresa MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA referente ao PE 059/2026, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente ao edital, uma vez que a faixa de PEEP inicia em 2 cmH₂O, não contemplando ajuste a partir de 0cmH₂O, conforme exigido.

Por se tratar de requisito técnico objetivo e relevante, **opina-se pela não aprovação técnica da proposta.**

- assinado eletronicamente -

Giceli Flores
Coordenador de Departamento



Assinado com senha por GICELI FLORES.
Documento Nº: 191363-7271 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=191363-7271>

Classif. documental

00.01.01.01



SMSDES202600571A