



# PARECER TÉCNICO

## **Processo: Carrinhos de medicação à beira leito: de acordo!**

### **Processo: Oxímetro de mesa: Perguntar sobre acessórios:**

- Possui sensor SpO2 de dedo pediátrico e sensor de pele para neonatal.
- Alta sensibilidade (neonatal/pediátrico)

## **Processo: Monitor de sinais Vitais: mandar catálogo**

## **Processo: Cardioversor Bifásico: NÃO ATENDE**

### Principais NÃO CONFORMIDADES

#### 1. Ausência de modo manual (cardioversão)

- Edital exige cardioversão sincronizada (onda R)
- ✓ DEA não permite escolha manual de energia  
✗ NÃO ATENDE

#### 2. Não possui monitor multiparamétrico

Edital exige:

- ECG contínuo
- SpO<sub>2</sub>
- FR
- PNI

DEA:

- No máximo análise de ritmo básica  
✗ NÃO ATENDE

#### 3. Não possui marcapasso transcutâneo

✗ NÃO ATENDE (item crítico)

#### 4. Não realiza desfibrilação interna

✗ NÃO ATENDE

#### 5. Não possui impressora térmica

✗ NÃO ATENDE

#### 6. Tela não atende requisitos clínicos



- DEA tem display simples (quando tem)
- Edital exige monitor  $\geq 8''$  com curvas
- ✗ NÃO ATENDE

#### 7. Não possui controle de energia (1–300J com níveis)

- DEA opera com carga automática
- ✗ NÃO ATENDE

#### 8. Não possui sincronismo com QRS

✗ NÃO ATENDE

#### 9. Não possui parâmetros avançados de ECG (derivações, ganho, etc.)

✗ NÃO ATENDE

Sapucaia do Sul, 24 de abril de 2026.

## Identificação interna do documento 3R8IT2YZC9-WL6TQLK2



Nome do arquivo:

Parecer\_tA\_cnico\_VERBA\_DANRLEI\_20260427150946534481.docx

Data de vinculação à solicitação: 27/04/2026 15:09

Autor: Neilane Ramos Molon Rosito (neilane.ramos)

Aplicativo: 312588