



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES  
Secretaria Municipal de Saúde

**DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/00590**

Bento Gonçalves, 29 de abril de 2026.

**DESPACHO**

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/00745, 29/04/26 - SEFIN.

Prezados, boa tarde

Em atenção à solicitação de análise técnica da proposta apresentada pela empresa **KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos Ltda.** para o fornecimento de foco cirúrgico de teto, verificou-se que o equipamento ofertado **não atende integralmente** às exigências do Termo de Referência do edital.

O edital exige ajuste de temperatura de cor com, no mínimo, três opções entre 3.100 K e 6.500 K. Entretanto, conforme documentação técnica apresentada pela empresa, o equipamento ofertado possui faixa de temperatura de cor ajustável entre 3.000 K e 6.000 K.

Dessa forma, considerando que a faixa máxima apresentada não atinge os 6.500 K exigidos no edital, conclui-se pelo não atendimento ao requisito técnico especificado.

Para tanto, opina-se pela desclassificação da empresa KSS e continuidade do certame.

- assinado eletronicamente -

Giceli Flores  
Coordenador de Departamento



SMSDES202600590A

Classif. documental

00.01.01.01

