



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES  
Secretaria Municipal de Saúde

**DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/00594**

Bento Gonçalves, 29 de abril de 2026.

**DESPACHO**

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/00752, 29/04/26 - SEFIN.

Prezado, boa tarde.

Em análise técnica da proposta apresentada pela empresa **VS COSTA & CIA LTDA.**, para o item Foco Cirúrgico de Teto, modelo INP 4x4 F-MASTER – TETO DUPLO, marca INPROMED DO BRASIL, verificou-se que o **equipamento atende parcialmente** às exigências do Edital PE 054/2026.

Contudo, identificou-se inconformidade quanto ao requisito de ajuste de temperatura de cor. O edital exige ajuste com, no mínimo, três opções entre 3.100 K e 6.500 K, enquanto a proposta apresentada informa faixa de ajuste entre 3.000 K e 6.000 K.

Dessa forma, o equipamento ofertado **não atende integralmente** à especificação técnica mínima estabelecida no Termo de Referência, especialmente no limite superior da temperatura de cor exigida pelo edital.

Sendo assim, esta área técnica manifesta-se pelo não atendimento da proposta aos requisitos do edital, sugerindo sua **desclassificação para o item**.

- assinado eletronicamente -  
Giceli Flores  
Coordenador de Departamento



SMSDES202600594A

Classif. documental

00.01.01.01

