



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/00596

Bento Gonçalves, 30 de abril de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/00756, 30/04/26 - SEFIN.

Prezado, bom dia.

Em atenção à solicitação de análise técnica referente ao Pregão Eletrônico nº 054/2026, item Foco Cirúrgico de Teto, informa-se que, após avaliação da proposta apresentada pela **Empresa BARRFAB**, verificou-se que o equipamento ofertado atende às exigências técnicas previstas no Edital e no Termo de Referência.

O equipamento contempla os requisitos relacionados à intensidade luminosa, movimentação dos braços em 360°, sistema de iluminação multifocal, modo ENDO, painel de controle nas cúpulas e parede, sistema de emergência por baterias, índice de reprodução de cor, manoplas autoclaváveis, bem como demais exigências de instalação, treinamento, garantia e assistência técnica.

Quanto ao ajuste de temperatura de cor, o edital exige faixa entre 3.100 K e 6.500 K, enquanto a proposta apresentada informa faixa entre 3.000 K e 6.700 K. Para tanto, concluiu-se que a faixa ofertada engloba integralmente os parâmetros exigidos, apresentando inclusive maior amplitude operacional, sem prejuízo às funcionalidades mínimas requeridas.

Dessa forma, **esta área técnica manifesta-se favoravelmente à classificação da proposta da empresa BARRFAB**, por entender que o equipamento ofertado atende ao descritivo técnico do Edital PE 054/2026.

- assinado eletronicamente -

Giceli Flores
Coordenador de Departamento

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por GICELI FLORES.
Documento Nº: 192360-2810 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=192360-2810>



SIGA