


## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE/13/2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ/RS - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. - OPP 6979210

 **De** Loiola, lane <lane.Loiola@philips.com>  
**Para** licitacoes@parai.rs.gov.br <licitacoes@parai.rs.gov.br>  
**Cópia** Paganini, Alexandre <Alexandre.Paganini@philips.com>, Jéssica Vieira <jessica.vieira@4medicrs.com>, eduardo.behenck <eduardo.behenck@4medicrs.com>, Ferro, Kenia <kenia.ferro@philips.com>, Almeida, Santiago <Santiago.Almeida@philips.com>  
**Data** 29-04-2026 14:50  
**Prioridade** Mais alta

### ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ.

A empresa **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.**, CNPJ sob o n.º 58.295.213/0021-11, sediada na Rua Otto Salgado, 250 - CEP: 37066-440 - Ind. Cláudio Galvão, Varginha – MG, vem, respeitosamente, formalizar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos termos das razões abaixo.

#### - DO DESCRITIVO

##### O edital solicita:

"Matriz de imagem de no mínimo 1500 x 1500 pixels. Profundidade de imagem de, no mínimo, 16 bits. Tamanho do pixel: 140µm ou inferior"

##### Solicitamos aceitar:

"Matriz de imagem de no mínimo 1024 x 1024 pixels. Profundidade de imagem de, no mínimo, 16 bits. Tamanho do pixel: 200µm ou inferior"

##### Motivação:

O parâmetro solicitado direciona o edital a um modelo específico da empresa GE, modelo OEC One ASD.

##### O edital solicita:

"Monitor para operador de no mínimo 10", acoplado ao arco, sensível ao toque e que permita controle de aquisição, ajustes e visualização de imagens adquiridas"

##### Solicitamos aceitar:

"Painel de parâmetro para operador de no mínimo, acoplado ao arco, que permita controle de aquisição, ajustes e visualização de imagens adquiridas"

##### Motivação:

O parâmetro solicitado direciona o edital a um modelo específico da empresa GE, modelo OEC One ASD ajustes.

##### O edital solicita:

"Gerador de alta frequência com potência de 2,5kW ou maior."

##### Solicitamos aceitar:

"Gerador de alta frequência com potência de 2,1kW ou maior."

##### Motivação:

Tal ajuste amplia a participação de mais empresas, sem redução da qualidade do produto.

##### O edital solicita:

"Equipamento deve conter software específico para a realização de angiografia por subtração digital (DAS) de imagens em tempo real, mapa de navegação roadmapping, opacificação de pico e análise de estenose vascular"

Entendemos que a medida de estenose solicitada trata-se da possibilidade de mais de uma medida de distância, que permita ao operador calcular a redução do lumem de vasos. Estamos corretos no nosso entendimento?

##### O Edital solicita:

"Modo Radiografia digital com, no mínimo, 40 a 110 kV e corrente máxima de 20 mA ou maior"

##### Solicitamos aceitar:

"Modo Radiografia digital com, no mínimo, 40 a 110 kV e corrente máxima de 19 mA ou maior"

##### Motivação:

Tal ajuste amplia a participação de mais empresas, sem redução da qualidade do produto.

#### - DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega, solicitado no edital poderá ir contra a capacidade de fornecimento, solicitamos esclarecer sobre a possibilidade de aceite da entrega de entrega de **210 (duzentos e dez)** dias. Alternativamente, solicitamos a aceitabilidade de entrega parcial e/ou carta de prorrogação, quando necessário.

A aceitação das sugestões supra citadas promoverá maior vantajosidade econômica ao órgão, além de possibilitar a participação de fabricantes que atendem a necessidade fim da aquisição, com grande aceitabilidade clínica e excelente desempenho.

Pede-se, ainda, a especial gentileza de ser retornada a resposta a presente para o e-mail [lane.loiola@philips.com](mailto:lane.loiola@philips.com) e todos os demais em cópia.

Atenciosamente / Kind regards,

**Iane Loiola**

Licitações - Philips Medical Systems Ltda

Alameda Xingu, 350 - 2º Andar - ITower Complexo Iguatemi - Alphaville - Barueri/SP – CEP: 06455-911

Mobile: +55 (11) 9 7292-2270

Email: [lane.loiola@philips.com](mailto:lane.loiola@philips.com)



---

The information contained in this message may be confidential and legally protected under applicable law. The message is intended solely for the addressee(s). If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, forwarding, dissemination, or reproduction of this message is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not the intended recipient, please contact the sender by return e-mail and destroy all copies of the original message.