



PARECER TÉCNICO/ PROPOSTA SQUADRA

Subsídios Técnicos – Análise de Proposta

Após análise detalhada do catálogo técnico apresentado pela empresa, verificou-se que, embora a proposta comercial apresente divergências em relação ao descritivo do edital, o ponto mais relevante refere-se ao não atendimento de requisito essencial da especificação técnica.

O edital estabelece, de forma clara, que a **estrutura do carrinho deve ser confeccionada em alumínio**, considerando critérios de durabilidade, leveza, resistência à corrosão e adequação ao ambiente hospitalar.

Entretanto, conforme documentação apresentada pela empresa, o equipamento ofertado possui **estrutura em aço**, material que não atende ao requisito especificado.

Dessa forma, a proposta **não atende integralmente às exigências do edital**, configurando desconformidade técnica relevante, o que compromete sua aceitabilidade no processo licitatório.

PROPOSTA DE PREÇO PE-017/2026

ORGÃO: FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

PROCESSO: 307859

A Squadra do Brasil Distribuidora de Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 30 037 851 / 0001 – 70 e inscrição estadual nº 90777117 21 estabelecida na Rua João Ponciano Borges nº620 , Bairro : Capão da Imbuia , Curitiba PR para o fornecimento de equipamento permanente conforme pedido no **Pregão eletrônico 017/2026:**

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL
04	19 unidades	R\$ 5.728,00	R\$ 108.832,00

DESCRIÇÃO

ITEM 04:

MARCA: MR METAIS / PATMOS

MODELO: PAT-0286-HO

DESCRIÇÃO:

CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS (BEIRA LEITO) / CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS (BEIRA LEITO) - DIM.:(A) 1000MM X (L) 450 MM X (P) 500M:Material: aço; Dimensões: aproximadamente (A) 1000mm x (L) 450 mm x (P) 500m;Pintura resistente à corrosão, na cor branca ou cinza; Perfis estruturais em alumínio;

Devendo conter 06 (seis) gavetas em alumínio com trilho, puxador e travas; gavetas deve ser dotada de divisórias moduláveis, sendo possível a adequação de acordo com a quantidade de medicações utilizadas; Suporte lateral para pérfuro cortante (1,5 ou 3 litros), confeccionado em material anticorrosivo (inox ou polímero);Mesa extensora em alumínio, em bandeja lateral

extraível, com puxador. Suporte para soro com dois ganchos e com regulagem de altura Suporte lateral para lixeira, acompanhado de lixeira com tampa; Puxador em aço para encaixe das mãos para movimentar o carro; Deverá conter 04 (quatro) rodas, sendo 02 (duas) da frente com travas de fácil acionamento e 02 (duas) de trás sem freios; Porta prateleira lateral em material anticorrosivo

ANVISA: ISENTO

Sapucaia do Sul, 06 de maio de 2026.

Identificação interna do documento 4W6V40D1C9-MS82ZYZZ



Nome do arquivo:

Parecer_tA_cnico_VERBA_DANRLEI_carrinho_1_202605061629037
110696.docx

Data de vinculação à solicitação: 06/05/2026 16:29

Autor: Neilane Ramos Molon Rosito (neilane.ramos)

Aplicativo: 312588