

Sapucaia do Sul, 08 de maio de 2026.

Subsídios Técnicos – Análise de Proposta

O descritivo apresentado para o carro de medicação atende ao edital de forma satisfatória e compatível com as exigências técnicas solicitadas.

Principais pontos de compatibilidade identificados:

- Estrutura com perfis estruturais em alumínio extrudado, conforme exigido no edital;
- Fechamentos laterais em alumínio;
- 06 gavetas fabricadas em alumínio;
- Gavetas com divisórias moduláveis;
- Trilhos telescópicos;
- Bandeja lateral extraível em alumínio;
- Suporte para soro com regulagem de altura;
- Suporte para pérfuro cortante;
- Suporte para lixeira com tampa;
- Porta documento lateral;
- Rodízios com 02 travas e 02 sem travas;
- Dimensões e configuração compatíveis com carro beira leito para administração de medicamentos.

Embora alguns componentes secundários sejam confeccionados em aço fosfatizado ou inox pintado (como suporte de lixo, bandeja para notebook e puxador), isso não descaracteriza o atendimento ao edital, pois a exigência principal referente à estrutura e componentes funcionais em alumínio está devidamente contemplada.

Além disso, o edital não exigiu composição integral em alumínio, mas sim perfis estruturais em alumínio e determinados componentes específicos, os quais estão atendidos no descritivo ofertado.

Portanto, tecnicamente, o produto apresentado atende às especificações mínimas exigidas no Termo de Referência.

Atenciosamente,

Identificação interna do documento VPL3I5Q1C9-5IB6FEX2



Nome do arquivo:

Parecer_CARRO_LANCO_202605081103124392790.docx

Data de vinculação à solicitação: 08/05/2026 11:03

Autor: Neilane Ramos Molon Rosito (neilane.ramos)

Aplicativo: 312588