



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

OFÍCIO SIGA Nº SMS-OFI-2026/01335

Bento Gonçalves, 28 de abril de 2026.

À

Assunto: Parecer PE Nº 20/2026 - aquisição de materiais ambulatoriais

Bom dia!

Retorno da avaliação do PE Nº 20/2026:

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	RESULTADO
01	Álcool 70% gel frasco 500 mls	Aprovado
02	Álcool 70% gel frasco 500 mls	Aprovado
03	Apósito 10 X 15 CM	Aprovado
04	Apósito 10 X 15 CM	Aprovado
05	Apósito 15 X 30 CM	Aprovado
06	Apósito 15 X 30 CM	Aprovado
07	Apósito 15 X 60 CM	Aprovado
08	Apósito 15 X 60 CM	Aprovado
09	Atadura 12 CM	Reprovada, atadura desfia, trama muito aberta.
10	Atadura 12 CM	Reprovada, atadura desfia, trama muito aberta.
11	Álcool 70% - galão 5 litros	Aprovado
12	Álcool 70% - galão 5 litros	Aprovado
13	Atadura 10 CM	Reprovada, atadura desfia, trama muito aberta.
14	Atadura 10 CM	Reprovada, atadura desfia, trama muito aberta.
15	Atadura 15 CM	Reprovada, atadura desfia, trama muito aberta.
16	Atadura 15 CM	Aprovado
17	Atadura 20 CM	Reprovada, atadura desfia, trama muito aberta.
18	Atadura 20 CM	Reprovada, atadura desfia, trama muito aberta.

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por ISABEL PISONI.
Documento Nº: 189071-8559 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=189071-8559>



SMSOFI202601335A

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

19	abaixador de língua	Aprovado
20	Ag. acunpuntura 0,20 X 0,15	Aprovado
21	Ag. acunpuntura 0,25 X 0,30	Aprovado
22	Ag. acunpuntura 0,25 X 0,40	Aprovado
23	Ag. acunpuntura auricular	Reprovado, medida não atende ao descritivo.
24	Apalpador de metal	Aprovado
25	Benzina líquida	Aprovado
26	Algodão 500GR	Aprovado
27	Algodão ortopédico 10 CM	Aprovado
28	Algodão ortopédico 15 CM	Aprovado
29	Algodão ortopédico 20 CM	Aprovado
30	Algodão ortopédico 6 CM	Aprovado
31	Algodão ortopédico 8 CM	Aprovado
32	Algodão ortopédico 12 CM	Aprovado
33	Ap. tricotomia	Aprovado
34	Almotolia âmbar	Aprovado
35	Almotolia clara	Aprovado
36	Atadura crepe 6 CM	Aprovado
37	Atadura crepe 8 CM	Aprovado
38	Água oxigenada	Aprovado
39	Álcool 70% líq - 1 litro	Aprovado

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -

Isabel Pisoni
Enfermeiro

