



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/00899

Bento Gonçalves, 18 de maio de 2026.

À
Giceli Flores
Coordenador de Departamento
Raio-X

Assunto: Análise Técnica Proposta PE 071/2026 - Arco Cirurgico - Lotus

Prezada

Ao cumprimentá-la, vimos por meio deste apresentar a proposta resultante do PE 071 /2026, este em andamento. Solicito, analise e parecer acerca dos documentos anexados pelo licitante, quanto a qualificação técnica da proposta. Aguardo retorno com a maior brevidade e permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

Os documentos encontram-se na PASTA PUBLICA (P:) > PE 71.2026 ARCO CIRURGICO

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Janquiel Cristofoli
Assessor Administrativo

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por JANQUIEL CRISTOFOLI.
Documento Nº: 196169-3207 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=196169-3207>



SEFINOFI202600899A



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/00685

Bento Gonçalves, 18 de maio de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/00899, 18/05/26 - SEFIN.

Prezado,

Encaminho análise técnica referente à proposta apresentada pela empresa LOTUS Indústria e Comércio Ltda., no âmbito do Pregão Eletrônico nº 071/2026.

Durante a avaliação da documentação apresentada (proposta comercial readequada, catálogo e manual do equipamento), foi identificada divergência quanto à potência do gerador de raios X do equipamento ofertado.

Verificou-se que o catálogo técnico menciona potência de até 15 kW, enquanto a proposta comercial readequada informa potência de 5 kW. Essa inconsistência entre os documentos impede a confirmação clara da especificação efetiva do equipamento.

Considerando que se trata de informação técnica relevante para caracterização do objeto ofertado, entende-se necessária a realização de diligência, com o objetivo de que a empresa esclareça:

- Qual é a potência real do gerador do equipamento ofertado (modelo ATENA COMPACTO B5);
- Qual documento técnico deve ser considerado como referência válida (catálogo, proposta ou outro documento oficial);
- Encaminhamento de ficha técnica consolidada e atualizada do equipamento ofertado.

Dessa forma, este setor técnico opina pela realização de diligência junto à licitante, a fim de sanar a inconsistência identificada e permitir a continuidade segura da análise técnica.

Classif. documental

00.01.01.01



SMSDES202600685A

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

- assinado eletronicamente -
Giceli Flores
Coordenador de Departamento



Assinado com senha por GICELI FLORES.
Documento Nº: 196210-3207 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=196210-3207>



SMSDES202600685A