

**RESPOSTAS A PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2026**

Segue abaixo resposta a pedido(s) de esclarecimento/informações referente ao Pregão Eletrônico supramencionado.

Pedido de Esclarecimento/Questionamento:

Empresa solicita esclarecimentos nos seguintes termos:

"[...] solicitamos esclarecimentos conforme seguem abaixo:

Item 9 - Eletrocardiógrafo

Solicitadas portas de comunicação USB e LAN, para permitir transmissão de dados ao PC ou conexão a outros dispositivos de telemedicina. O Eletrocardiógrafo Ritmus 600 da Alfamed, realiza esta função através de porta USB, exportando os exames para computador e pendrive, conforme necessidade. Por este motivo o equipamento não possui a porta RJ45, para rede LAN. Por estes motivos solicitamos aceite da tecnologia ofertada.

Item 14- Oxímetro

Ao descrever, "Com sensor adulto, infantil e neonatal." A instituição solicita que cada oxímetro seja entregue com 01 sensor de uso adulto, 01 sensor de uso pediátrico e 01 sensor de uso neonatal? [...]"

Em resposta ao pedido de esclarecimento, a Secretaria Municipal de Saúde se manifesta da seguinte forma:

[...] Segue retorno referente os esclarecimentos solicitado:

Item 9 - Eletrocardiógrafo:

Em resposta ao questionamento referente ao item 9, informamos que não será aceito eletrocardiógrafo sem porta de comunicação RJ45, tendo em vista que existem modelos disponíveis no mercado que atendem integralmente à exigência do edital.

A exigência da interface RJ45 visa garantir conectividade em rede, integração com sistemas e compatibilidade com soluções de telemedicina e gerenciamento de dados, conforme necessidade da Administração Pública.

Dessa forma, equipamentos que não possuam porta RJ45 nativa não serão considerados em conformidade com o descritivo técnico estabelecido. (Parecer em anexo).

Item 14- Oxímetro

Sim, solicitamos que cada oxímetro tenha 01 sensor de uso adulto, 01 sensor de uso pediátrico e 01 sensor de uso neonatal, conforme orientação do Senhor ELIAS Ruppenthal, Enfermeiro COREN/RS 581642. [...]

Considerando o(s) pedido(s) de esclarecimento acima, é dado ciência aos demais licitantes.

Marlisè M. Mallmann

Pregoeira

Doe órgãos, doe sangue: **SALVE VIDAS!**

