

RESPOSTAS A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2026

Segue abaixo resposta a pedido(s) de esclarecimento/informações referente ao Pregão Eletrônico supramencionado.

Pedido de Esclarecimento/Questionamento:

- Empresa solicita esclarecimentos nos seguintes termos, e em resposta ao pedido de esclarecimento, a Secretaria de Saúde, através da Coordenadoria de TI, se manifestou da seguinte forma:

[...] esclarecimento referente ao item Item 09 - 02 UN Eletrocardiógrafo, conforme segue:

Teclado alfanumérico

O edital solicita: "O equipamento deverá possuir teclado alfanumérico"

Questionamento: Poderá ser avaliada a retirada desta exigência ou o aceite de equipamento que possua grupo de setas, teclas numéricas, teclas de função e teclado virtual integrado para inserção de textos?

Justificativa técnica: Os equipamentos atuais utilizam diferentes arquiteturas de interface, mantendo plena funcionalidade operacional mesmo sem teclado alfanumérico físico dedicado.

A utilização de teclado virtual é uma solução amplamente empregada, permitindo inserção de informações como identificação de pacientes de forma prática e segura.

Além disso, a combinação de teclas numéricas, teclas de função e comandos por interface gráfica proporciona adequada navegação e operação do equipamento, sem prejuízo à usabilidade ou ao desempenho clínico.

Dessa forma, a flexibilização do requisito contribui para um descritivo mais aberto às tecnologias atualmente disponíveis no mercado, mantendo integral atendimento à finalidade pretendida.

RESPOSTA:

Não será aceita a retirada da exigência nem o fornecimento de equipamento substitutivo sem teclado alfanumérico físico, uma vez que existem modelos disponíveis no mercado que atendem integralmente ao descritivo solicitado, incluindo a presença de teclado alfanumérico.

Parâmetros automáticos de medição

O edital solicita: "Parâmetros de medição automático: Intervalo PR, limite de tempo QRS, intervalo QT/QTC, eixo P/QRS/T, amplitude, Histograma e Tendência"

Questionamento: Poderá ser flexibilizada a exigência de Histograma e Tendência?

Justificativa técnica: Os parâmetros principais para análise eletrocardiográfica automática como intervalo PR, QRS, QT/QTC, eixo e amplitudes permanecem plenamente atendidos, garantindo adequada avaliação clínica e interpretação diagnóstica.

As funções de histograma e tendência representam recursos complementares, não sendo indispensáveis para a realização dos exames e análises eletrocardiográficas de rotina.

Dessa forma, a flexibilização dessas funcionalidades não compromete a finalidade clínica do equipamento, mantendo segurança, eficiência e qualidade diagnóstica adequadas.

RESPOSTA:

Não será possível flexibilizar a exigência referente aos recursos de Histograma e Tendência, tendo em vista que existem no mercado modelos que atendem integralmente ao descritivo do edital, contemplando tais funcionalidades.

Considerando o pedido de esclarecimentos acima, é dado ciência aos demais licitantes.


Marlise M. Mallmann

Pregoeira

Doe órgãos, doe sangue: **SALVE VIDAS!**

Prefeitura Municipal de Três de Maio

Palácio Municipal Walter Ullmann, Rua Alcy Ramos Tomasi, Nº 46, Centro - 98.910-000, Três de Maio - RS.
(55) 3535-1122 / contato@tresdemaio.rs.gov.br

