



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

OFÍCIO SIGA Nº SMS-OFI-2026/01557

Bento Gonçalves, 15 de maio de 2026.

À

Assunto: Parecer técnico do PE Nº 77/2025.

Bom dia!

Informo que a amostra apresentada pela empresa Well Distribuidora de Medicamentos e Produtos para a Saúde Ltda para o item 03 FITAS (TIRAS) PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE CAPILAR TOTAL referente ao Pregão Eletrônico 77/2025 está reprovado, pois não atende ao exigido no Termo de Referência, item 4.3 - onde exige que seja possível gota complementar na mesma fita se for necessário. Esta informação encontra-se descrito no Er 4 da página 43 do manual

Desta forma, pode ser acionado o próximo colocado.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -

Isabel Pisoni
Enfermeiro



SMSOFI202601557A

