



PREFEITURA DE BENTO GONÇALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
SETOR DE SAÚDE BUCAL

TABELA 227

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA /PARECER
1	02	UN	Avental de chumbo com protetor de tireóide: Avental Periapical Adulto com protetor de tireóide. Tamanho: 76x60cm e com 0,25mm de chumbo (Pb),Peso:1,900kg;Acabamento em Polikroy (corino especial), Com protetor de Tireóide,Fechamento com velcro, Registro Anvisa:	SUPRIMEDICE APROVADO
2	150	PAC	Agulha de uso endodôntico para irrigação de canais radiculares com ponta cega, encaixe na seringa tipo Luer, cânula de 30G, comprimento de 25mm. Pacote com 10 unidades.	GOLDEN REPROVADO o objetivo era para que as agulhas tivessem saída lateral
3	100	EMB	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, EMBALAGEM CONTENDO UMA SERINGA 2G E TRÊS PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: HEMA, MONÔMEROS DE URETANO DI-METACRILATO, CARGA INERTE, PIGMENTOS E FOTOINICIADORES.	SUPREMA REPROVADO NÃO RECEBEMOS A AMOSTRA
4	100	UN	4450-BROCA GATES-GLIDDEN 28MM DE COMPRIMENTO TOTAL X 15MM DE PARTE ATIVA Nº2.	SUPREMA APROVADO
5	100	UN	4451-BROCA GATES-GLIDDEN 28MM DE COMPRIMENTO TOTAL X 15MM DE PARTE ATIVA Nº3.	SUPREMA APROVADO
6	100	UN	BROCA LARGO 28MM X 15MM DE PARTE ATIVA Nº1.	SUPREMA APROVADO
7	100	UN	BROCA LARGO 28MM X 15MM DE PARTE ATIVA Nº2.	SUPREMA APROVADO
8	100	UN	BROCA LARGO 28MM DE COMPRIMENTO TOTAL X 15MM DE PARTE ATIVA Nº3.	SUPREMA APROVADO
9	100	UN	34873-BROCA LARGO 32MM DE COMPRIMENTO TOTAL X 19MM DE PARTE ATIVA Nº1. PONTA INATIVA	SUPREMA

				APROVADO
10	100	UN	34843-BROCA LARGO 32MM DE COMPRIMENTO TOTAL X 19 MM DE PARTE ATIVA Nº2. PONTA INATIVA	SUPREMA APROVADO
11	100	UN	34851-BROCA LARGO 32MM DE COMPRIMENTO TOTAL X 19 MM DE PARTE ATIVA Nº3. PONTA INATIVA	SUPREMA APROVADO
12	100	UN	4464-BROCA LN.	DESERTO
13	20	UN	8297-CONDENSADOR TIPO PAIVA Nº4, em aço inoxidável, ponta longa e fina em apenas um dos lado	SUPREMA REPROVADO NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
14	20	UN	Condensadores tipo Paiva número 1 em aço inoxidável, ponta longa e fina em apenas um dos lados	SUPREMA APROVADO
15	20	UN	Condensadores tipo Paiva número 2 em aço inoxidável, ponta longa e fina em apenas um dos lado	SUPREMA APROVADO
16	20	UN	Condensadores tipo Paiva número 3 em aço inoxidável, ponta longa e fina em apenas um dos lados	SUPREMA APROVADO
17	150	CX	8335- CONE DE GUTA-PERCHA ESTANDARDIZADO Nº40. CAIXA COM 120 UNIDADES.	SUPREMA APROVADO
18	50	CX	7601- CIMENTO OBTURADOR DE CANAL, APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO PÓ COM 8G, FRASCO OU BISNAGA CONTENDO RESINA COM 9G, COMPOSIÇÃO PÓ, TRIÓXIDO DE BISMUTO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, UROTROPINA E DIÓXIDO DE TITÂNIO, RESINA: EPÓXI, INDICAÇÕES: INDICADO PARA CIMENTAÇÃO EM OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	SUPREMA REPROVADO a composição química não está de acordo com as especificações da descrição
19	150	CX	8342- CONES DE GUTA-PERCHA SECUNDÁRIO R7. CAIXA COM 120 UNIDADES.	SUPREMA REPROVADO Rigidez Flexural Inadequada
20	150	CX	8343- CONES DE GUTA-PERCHA SECUNDÁRIO R8. CAIXA COM 120 UNIDADES.	SUPREMA REPROVADO Rigidez Flexural Inadequada
21	150	CX	CONE DE GUTA-PERCHA ESTANDARDIZADO Nº25. CAIXA COM 120 UNIDADES.	SUPREMA APROVADO
22	150	CX	CONE DE GUTA-PERCHA ESTANDARDIZADO Nº30. CAIXA COM 120 UNIDADES.	SUPREMA APROVADO
23	150	CX	- CONE DE GUTA-PERCHA ESTANDARDIZADO Nº35. CAIXA	SUPREMA

			COM 120 UNIDADES.	APROVADO
24	150	CX	8338- CONE DE GUTA-PERCHA ESTANDARDIZADO N°55. CAIXA COM 120 UNIDADES.	SUPREMA APROVADO
25	150	CX	8339- CONE DE GUTA-PERCHA ESTANDARDIZADO N°60. CAIXA COM 120 UNIDADES.	SUPREMA APROVADO
26	150	CX	8341- CONE DE GUTA-PERCHA ESTANDARDIZADO N°80. CAIXA COM 120 UNIDADES.	SUPREMA APROVADO
27	150	CX	8336- CONE DE GUTA-PERCHA ESTANDARDIZADO N°45. CAIXA COM 120 UNIDADES.	SUPREMA APROVADO
28	150	CX	8337- CONE DE GUTA-PERCHA ESTANDARDIZADO N°50. CAIXA COM 120 UNIDADES.	SUPREMA APROVADO
29	150	CX	8329- CONES DE GUTA-PERCHA DO SISTEMA ROTATÓRIO, N° F1, CAIXA COM 60 UNIDADES.	PORTO ALEGRESNE APROVADO
30	150	CX	8330- CONES DE GUTA-PERCHA DO SISTEMA ROTATÓRIO, N° F2, CAIXA COM 60 UNIDADES.	MASTERMEDIC REPROVADO NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
31	150	CX	8331- CONES DE GUTA-PERCHA DO SISTEMA ROTATÓRIO, N° F3, CAIXA COM 60 UNIDADES.	MASTERMEDI REPROVADO NÃO RECEBEMOS AMOSTRA C
32	150	CX	CONE DE GUTA-PERCHA ESTANDARDIZADO N°70. CAIXA COM 120 UNIDADES	SUPREMA APROVADO
33	50	CX	COMPACTADORES DE MACSPADEN N°70 DE 21 MM,CAIXA COM 4 UNIDADES.	SUPREMA REPROVADO NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
34	50	CX	COMPACTADORES DE MACSPADEN N°80 DE 21 MM,CAIXA COM 4 UNIDADES.	SUPREMA REPROVADO NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
35	50	PAC	9929- CURSOR DE 1MM DE ESPESSURA (ENDO STOPS)PRÉ FURADOS PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES.	GOLDEN APROVADO
36	02	UN	CONTRA-ÂNGULO OSCILATÓRIO PARA ENDODONTIA PUSH BUTTON 4:1 (LIMA MANUAL)DE BAIXA ROTAÇÃO,ACOPLADO AO MICROMOTOR DO EQUIPO ODONTOLÓGICO É INDICADO PARA O PREPARO DOS CANAIS RADICULARES COM LIMAS MANUAIS.SUA CABEÇA FOI DESENVOLVIDA PARA REALIZAR A FIXAÇÃO DE LIMAS MANUAIS COM SISTEMA PUSH BUTTON PARA LIMAS	SUPRIMEDICE APROVADO

			MANUAIS(DIAMETRO DA HASTE DA LIMA ENTRE 3,6MM E 4,0MM) TIPO K OU FLEXOFILE DA TDK E DENTSPLY.ACIONAMENTO OSCILATÓRIO DE 90 GRAUS ;ACOPLAMENTO INTRA;ATENDA Á NORMA ISO 3964,AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	
37	200	UN	Espelho Bucal Primeiro Plano nº5 Front Surface com uma camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) ,indicado para obter uma imagem refletida pelo espelho nítida, sem sombras, sem distorção.Possui superfície espelhada no 1º plano (Front Surface) ,diametro do espelho 20 mm Reflexao de imagem é de (luz e forma) 98%, sem distorção.	SUPREMA APROVADO
38	50	UN	ESPAÇADORES DIGITAIS Nº 30 25mm.	GOLDEN REPROVADO MUITO FINO e DELICADO O ESPAÇADOR DIGITAL DA MARCA MK LIFE, PODENDO ENTORTAR COM O USO
39	150	EMB	12084- EXTIRPA NERVO AZUL. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	SUPREMA APROVADO
40	150	EMB	12086- EXTIRPA NERVO VERMELHO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	SUPREMA APROVADO
41	150	EMB	12085-EXTIRPA NERVO BRANCO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	SUPREMA APROVADO
42	150	EMB	12083-EXTIRPA NERVO AMARELO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	SUPREMA APROVADO
43	20	UN	14130-GAS PARA MINI MAÇARICO ODONTOLOGICO(REFIL).	PORTO ALEGRESNE REPROVADO NÃO RECEBEMOS A AMOSTRA
44	150	KIT	KIT DE ASPIRAÇÃO ENDODONTIA, CONTENDO 01 INTERMEDIÁRIO E 03 PONTAS, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA.	SUPREMA APROVADO
45	20	KIT	Kit com 10 fibras para PDT reposição sem bico adaptador Fibras óticas de plástico,adaptáveis para terapia fotodinâmica;Exclusivo sistema de fibras óticas descartáveis. Este acessório é compatível com os aplicadores lasers dos equipamentos TF Premier e Laser Duo.Indicações.Para tratamentos de doenças periodontais, também utilizado em endodontia e implantodontia. Para ser utilizada no Laser Duo.	PORTO ALEGRESNE REPROVADO NÃO RECEBEMOS A

				AMOSTRA
46	150	KIT	16201- KIT DE LIMA ROTATÓRIA, 21MM, EMBALAM COM 6 LIMAS SORTIDAS(SX, S1, S2, F1, F2, F3).	SUPREMA REPROVADO flexibilidade metalúrgica.
47	150	KIT	16202- KIT DE LIMA ROTATÓRIA, 25MM, EMBALAM COM 6 LIMAS SORTIDAS(SX, S1, S2, F1, F2, F3).	SUPREMA REPROVADO flexibilidade metalúrgica.
48	02	KIT	<u>KITS COMPLETOS DE POSICIONADORES PARA O SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL TAMANHO 1</u> Compatível da marca do sensor saevo. É absolutamente necessário que os kits de posicionadores: Sejam os do fabricante do sensor acima referido. Que, se o kit posicionadores não for fabricado pelo mesmo fabricante do sensor, acima referido, deve ser apresentado, junto com a proposta, documento que comprove a aprovação de seu uso pelo fabricante do sensor. Permita a execução de radiografias periapicais e interproximais. Produto autoclavável. ITENS INCLUSOS: 01 POSICIONADOR SUPERIOR ESQUERDO/INFERIOR DIREITO (A); 01 POSICIONADOR SUPERIOR DIREITO/INFERIOR ESQUERDO (B); 01 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIOR E INFERIOR; 01 BITE WING; 03 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA; 01 POTE AUTOCLAVÁVEL; FIXADORES para a marca Saevo.	PORTO ALEGRESNE REPROVADO a fragilidade das aletas do dispositivo que acopla o sensor digital no posicionado
49	02	KIT	<u>KITS COMPLETOS DE POSICIONADORES PARA O SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL TAMANHO 2</u> Compatível da marca do sensor Saevo. É absolutamente necessário que os kits de posicionadores: Sejam os do fabricante dos sensor acima referido. Que, se o kit posicionadores não for fabricado pelo mesmo fabricante do sensor, acima referido, deve ser apresentado, junto com a proposta, documento que comprove a aprovação de seu uso pelo fabricante do sensor. Permita a execução de radiografias periapicais e interproximais; Produto autoclavável; ITENS INCLUSOS: 01 POSICIONADOR SUPERIOR ESQUERDO/INFERIOR DIREITO (A) 01 POSICIONADOR SUPERIOR DIREITO/INFERIOR ESQUERDO (B); 01 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIOR E INFERIOR; 01 BITE WING; 03 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA 01 POTE AUTOCLAVÁVEL; FIXADORES para a marca Saevo	DESERTO
50	10	UN	LAMPARINA DE INOX A ÁLCOOL	SUPREMA APROVADA
51	150	CX	34008- LIMA PARA CANAL TIPO FLEXOFIL 1ª SÉRIE(15,20,25,30,35,40), 25MM, EMBALAGEM COM 6 LIMAS SORTIDAS .	SUPREMA REPROVADO SOLICITAMOS LIMA FLEXOFIL E VEIO PARA NÓS LIMAS TIPO K
52	150	CX	34010- LIMA PARA CANAL TIPO FLEXOFIL 2ª SÉRIE(40,45,50,55,60,70,80), 31MM, EMBALAGEM COM 6 LIMAS SORTIDAS .	DESERTO

53	150	CX	34017-LIMA PARA CANAL TIPO FLEXOFILE N° 08 CINZA 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES.	SUPREMA APROVADO
54	150	CX	34019-LIMA PARA CANAL TIPO FLEXOFILE N° 10 ROXO 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES.	GOLDEN REPROVADO pois a amostra enviada para nossa avaliação não condiz com a especificação.(limas tipo K.)
55	150	CX	34021-LIMA PARA CANAL TIPO FLEXOFILE N° 20 AMARELO 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES.	GOLDEN REPROVADO pois a amostra enviada para nossa avaliação não condiz com a especificação.(limas tipo K.)
56	150	CX	LIMA PARA CANAL TIPO FLEXOFILE N° 08 CINZA 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES.	GOLDEN REPROVADO pois a amostra enviada para nossa avaliação não condiz com a especificação(limas tipo K.)
57	150	CX	LIMA PARA CANAL TIPO FLEXOFILE N° 10 ROXA 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES.	GOLDEN REPROVADO pois a amostra enviada para nossa avaliação não condiz com a especificação.(limas tipo K.)
58	150	CX	LIMA PARA CANAL TIPO FLEXOFILE N° 15 BRANCA 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES.	GOLDEN REPROVADO pois a amostra enviada para nossa avaliação não condiz com a especificação. (limas tipo K.)
59	150	CX	34023-LIMA PARA CANAL TIPO FLEXOFILE N° 20 AMARELO 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES.	GOLDEN REPROVADO pois a amostra enviada para nossa avaliação não condiz com a

				especificação. (limas tipo K.)
60	150	CX	32159- LIMA TIPO K, 3ª SÉRIE(90,100,110,120,130,140), 25MM, EMBALAGEM COM 6 LIMAS SORTIDAS .	DESERTO
61	150	CX	LIMA PARA CANAL TIPO FLEXOFILE Nº 06 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES.	PORTO ALEGRESNE APROVADO