

Sapucaia do Sul, 29 de maio de 2026.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 307859/2026

CONCLUSÃO FINAL

O equipamento ofertado pela empresa (marca/modelo CMOS):

NÃO ATENDE INTEGRALMENTE AO EDITAL

Principais divergências técnicas:

- Tela inferior ao exigido;
- Ausência de touchscreen;
- Não possui monitorização ECG 12 derivações;
- Não comprova capnografia (EtCO₂);
- Não possui módulo de temperatura;
- Número insuficiente de curvas simultâneas;
- Autonomia de bateria muito inferior à exigida;
- Não comprovação de autotestes automáticos;
- Não comprovação da função CTR;
- Recursos de monitorização inferiores ao solicitado.

A proposta apresentada não demonstra atendimento integral às especificações técnicas mínimas estabelecidas no edital.