

Sapucaia do Sul, 08 de Junho de 2026.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

CONCLUSÃO FINAL

O equipamento ofertado pela empresa, NÃO ATENDE AO DESCRITIVO, todas as empresas estão ofertando mesmo equipamento.

NÃO ATENDE INTEGRALMENTE AO EDITAL

Principais divergências técnicas:

- Tela inferior ao exigido;
- Ausência de touchscreen;
- Não possui monitorização ECG 12 derivações;
- Não comprova capnografia (EtCO₂);
- Não possui módulo de temperatura;
- Número insuficiente de curvas simultâneas;
- Autonomia de bateria muito inferior à exigida;
- Não comprovação de autotestes automáticos;
- Não comprovação da função CTR;
- Recursos de monitorização inferiores ao solicitado.

A proposta apresentada não demonstra atendimento integral às especificações técnicas mínimas estabelecidas no edital.

Identificação interna do documento 1ZBU05M7C9-CR8L0LH2



Nome do arquivo:

Parecer_tA_cnico_CARDIOVERSOR_2_202606081438037659647.docx

Data de vinculação à solicitação: 08/06/2026 14:38

Autor: Neilane Ramos Molon Rosito (neilane.ramos)

Aplicativo: 318411